SZPITAL MIEJSKI im. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU sp. z o. o.

NIP: **855-158-34-67**
REGON: **812046670**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NUMER PRZETARGU: **ZP/10.1/2016**

OGŁOSZONY PRZEZ:

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwana dalej **Ustawą**.

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
Reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – mgr Dorotę Konkolewską
Adres strony internetowej: *www.szpital.swinoujscie.pl*

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie *przetargu nieograniczonego*, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja dla *Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I-go 7, 72-600 Świnoujście*, **aparatu USG dla pracowni Rtg**, o parametrach wskazanych w **Załącznika Nr 1 do SIWZ:**

Nr pakietu	Nazwa pakietu	Kod CPV
1	Aparat USG z głowicami	33112200-0

Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo w okresie trwania umowy.
Warunki dostawy przedmiotu dostawy określa załączony wzór umowy, stanowiący Z**ałącznik nr 5 do SIWZ**.
Wykonawca dostarczy przedmiot postępowania bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia **12/12/2016 r.**
Dostawy winny być realizowane transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI.

1. Termin wykonania zamówienia - do ***12 grudnia 2016*** r. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres udzielenia gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy.
2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie:
   a) art. 24 ust. 1 ustawy,
   b) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy, z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
   - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);.
   - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
   - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3) Ponadto, o zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
   a) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał dostawę (*wraz z montażem*) aparatów USG o wartości brutto min. 115.000,00 zł każda. W przypadku, gdy cena usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
   b) zdolności finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 115.000,00 zł
4) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na pods*tawie dokumentó*w i oświadczeń, o których mowa w rozd. VI SIWZ wg. formuły „*spełnia/ niespełna*".
5) Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia Zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców. Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy oraz żaden z Wykonawców oddzielenie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujący dokument:
   a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ);*
   b) Oświadczenie Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów o spełnieniu przez nie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie części V pkt 2) SIWZ, Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
   a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (*sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ*);
   b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do dołączenia do oferty egzemplarza pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia, składają jedną ofertę, przy czym:
   a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale każdy z Wykonawców oddzielnie;

4) Forma dokumentów:
   a) wymagane dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
   b) w przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym *(w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego*) niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski.

5) Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje.

Oprócz dokumentów wskazanych w pkt 1) – 4), Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia:
   a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie - Wykonawcy zobowiązani są załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
   b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych – w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii;
   c) Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe wymagania dotyczące aparatu USG;
   d) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (*stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ*);

6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca posiada:

a) wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia - wykazu należycie wykonanych co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. dostaw (wraz z montażem i szkoleniem) aparatów USG o wartości brutto min. 115 tys. zł każda, wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie krótszym, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym za dowody te uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw należy złożyć w oryginale, zaś referencje lub inne dokumenty wykazujące należyte wykonanie zamówienia należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową – dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 115.000,00 zł. Dowód należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

7) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale..

8) Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia karty charakterystyki oferowanego sprzętu w **wersji papierowej i elektronicznej** (*w języku polskim*) celem zweryfikowania złożonej oferty z aparatem, który ma być przedmiotem umowy.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust 3, dopuszczającym porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą emaila: *zampub@szpital-swinoujscie.pl* przy przekazywaniu następujących dokumentów:
   1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (w formacie WORD);
   2) modyfikacja treści SIWZ;
   3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, art. 90 *ustawy*;
   4) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 *ustawy*;
   5) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 *ustawy*;
   6) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy;
   7) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
   8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
   9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   10) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 181 *ustawy*.
4. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
   1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania zWwykonawcami.

5. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
   1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
   3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
   4) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
   5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest *Pan Tadeusz Koralewski – tel. 91/32-67-352, od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 12^{10}-15^{00}, w czwartek w godz. 07^{30}-11^{00}.*
7. Adres do korespondencji:
   Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
   ul. Mieszka I 7,
   72-600 ŚWINOUJŚCIE
   (*pok. 2.010***)**

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający **nie wymaga** wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub ręcznie długopisem zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia **– Załącznik nr 1 do SIWZ.**
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty – rejestru sądowego lub z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. Oferta składana przez konsorcjum powinna zawierać oznaczenie podmiotów, które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „*za zgodność z oryginałem*" przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. .
9. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą w niniejszej specyfikacji w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy" opatrzony parafą osoby uprawnionej.
12. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
14. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w odrębnej kopercie z napisem „*zastrzeżone*".
15. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
    a. Nazwa i adres Zamawiającego,
    b. Nazwa i adres Wykonawcy,
    c. Napis:

NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:
DOSTAWA I INSTALACJĘ APARATU USG
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17/11/2016., GODZ. 09^{30}

i zaadresowanej do:

Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:

Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 17/11/2016. do godz. 08^{30}

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „*ZMIANA*" lub „*WYCOFANIE*".
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **17/11/2016** r. o godz. **09^{30}** w pokój Nr **2.018 -II piętro**.
5. Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni wszyscy zainteresowani.
6. Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
   a) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
   b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
   c) datę wpływu oferty,
   d) cenę oferty.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w innych okolicznościach wskazanych w ustawie.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy pozostałych Wykonawców oraz proponowane przez nich ceny.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.*).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.

4. Na podstawie wartości brutto, Zamawiający w oparciu o kryterium:
   a) 60 % - cena;
   b) 23 % termin realizacji zamówienia;
   c) 17 % udzielenie gwarancji po upływie rękojmi.

   dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryteria wyboru oferty: cena - waga ……..%

Kryterium „Cena" C_{lm}:

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$C_{lm} = \frac{C_{min}}{C_o} \times 100 \times 60\ \%$$

C_{lm} – ilość otrzymanych punktów za kryterium „*cena*"
C_{min} – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
C_o – cena oferty badanej

Waga kryterium: 60 %.

Kryterium - „*Termin wykonania zamówienia*" T_{wz}:

W zakresie kryterium terminu wykonania prac każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia:
- termin wykonania prac do 12/12/2016 r. – **0** pkt.,
- termin wykonania prac do 08/12/2016 r. – **10** pkt.,
- termin wykonania prac do 05/12/2016 r. – **23** pkt.,

Waga kryterium 23 %.

Kryterium – „Termin udzielenia gwarancji na dostarczony aparat (po upływie terminu rękojmi)" G_{pt}:

Opis sposobu obliczania kryterium *termin udzielenia gwarancji na dostarczony aparat po upływie terminu rękojmi*:

W zakresie kryterium terminu udzielenia gwarancji po upływie rękojmi na dostarczony aparat każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia:
- nie udzielenie gwarancji po upływie terminu rękojmi – **0** pkt.,
- termin udzielenia gwarancji o min.: 13 m-cy (*po upływie terminu rękojmi*) – **5** pkt.,
- termin udzielenia gwarancji o min.: 26 m-cy (*po upływie terminu rękojmi*) – **10** pkt.,
- termin udzielenia gwarancji o min.: 39 m-cy (*po upływie terminu rękojmi*) – **17** pkt.,

Waga kryterium 17 %

SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

Suma punktów = $C_{lm} + T_{wz} + G_{pt}$

C_{lm} - ilość otrzymanych punktów za kryterium **„Cena"**
T_{wz} - ilość otrzymanych punków w kryterium „***Termin wykonania zamówienia***"
G_{pt} - ilość otrzymanych punktów za kryterium **„*Termin udzielenia gwarancji na dostarczony aparat (po upływie terminu rękojmi)*";**

2. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (*na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy*) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta w krótszym terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu jako najkorzystniejsza, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie **wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. POUCZENIA OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
   1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
   2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
   3) odrzucenia oferty odwołującego;
   4) opisu przedmiotu zamówienia;
   5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do **P**rezesa **I**zby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie **I**zby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Wykaz załączników:

- **Załącznik nr 1–** Wykaz parametrów technicznych przedmiotu Zamówienia;
- **Załącznik nr 2 –** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- **Załącznik nr 3 –** Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- **Załącznik nr 4 –** Formularz ofertowy;
- **Załącznik nr 5 -**. Projekt umowy.

Świnoujście, dnia 02/11/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Zatwierdził dn.: 03/11/2016 r
***P**rezes **Z**arządu: mgr Dorota Konkolewska*

Załącznik nr 1 do siwz.

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:

Aparat USG z głowicami

NAZWA OFEROWANEGO ULTRASONOGRAFU
(model):…….....**.....**
Rok produkcji (min. 2016 r.):……..……
Producent:…….……
…….
Kraj pochodzenia: ……..

Nie demonstracyjny, nie używany, fabrycznie nowy.

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Aparat fabrycznie nowy	TAK	
2.	Rok produkcji aparatu wymagany	2016	
3.	Waga aparatu max. 110 kg	Podać	
4.	Zasilanie (220-240) V, 50 Hz	TAK	
5.	UPS z kablami	TAK	
6.	Listwa przeciw przepięcieniowa min. 4 gniazda	Podać	
Konstrukcja			
7.	Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w min. 2015	Podać	
8.	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK	
9.	Cztery niezależne, skrętne koła, z blokadą na min 2 koła	Podać	
10.	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK	
11.	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych przełączane z klawiatury aparatu min. 3	Podać	
12.	Monitor kolorowy LED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Na ruchomym ramieniu zapewniającym swobodę ustawienia monitora przekątna ekranu min. 21 cali, rozdz. min. 1920 x 1080 Px	Podać	
13.	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo min. 45º i wysokości min. 18 cm	Podać	
14.	Dotykowy, programowalny panel sterujący LED/LCD wbudowany w konsolę sterowania Przekątna min. 10 cali,	Podać	
15.	Zakres częstotliwości pracy od min. 1 MHz do min 16 MHz.	Podać	
16.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) dla CD i obrazu 2 D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sek.	Podać	
17.	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	TAK	
18.	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK	
19.	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 200 s	

20.	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 30 cm	Podać	
21.	Częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2 D min. 2 000 Hz	Podać	
22.	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70	Podać	
Tryb pracy aparatu			
23.	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • B + Color + M • 4 B (Color Doppler) **lub** • 4 B (Power Doppler)	Podać	
24.	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)	Min. 200 obrazów/s	
25.	Obrazowanie harmoniczne	Podać	
26.	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 3,0 m/s	
27.	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK	
28.	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK	
29.	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK	
30.	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki)	min.: +/- 6,0 m/s	
31.	Regulacja bramki dopplerowskiej	min. 0,5 mm do max. 20 mm	
32.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	min. +/- 30 stopni	
33.	Obrazowanie typu „*Compound*" w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (*tzw. skrzyżowane ultradźwięki*)	TAK	
34.	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK	
35.	Obrazowanie w trybie Triplex – (*B+CD/PD +PWD*)	TAK	
36.	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK	
37.	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK	
38.	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK	
39.	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK	
Archiwizacja obrazów			
40.	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu	TAK	

	jednego przycisku		
41.	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK	
42.	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK	
43.	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnie ze standardem DICOM 3 [integracja ze szpitalnym programem Informatycznym archiwizacji danych obrazowych opartym na programie MEDICOM f. Medinet PACS/RIS (dicom send, Dicom Print, Modality Worklist)]	TAK	
Funkcje użytkowe			
44.	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x8	
45.	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x8	
46.	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie	Min. 8	
47.	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK	
48.	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK	
49.	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK	
50.	Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych	TAK	
Głowice ultrasonograficzne			
51.	**Głowica Convex,** szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	Podać	
52.	Zakres częstotliwości pracy w zakresie 2,0 – 6,0 MHz możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne	Podać	
53.	Liczba elementów min. 160 w jednej lini.	Podać	
54.	Kąt skanowania min. 70º	Podać.	
55.	Obrazowanie harmoniczne	min. 3 pasm częstotliwości	
56.	**Głowica Liniowa** szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	Podać	
57.	Zakres częstotliwości pracy w zakresie 3,0 12,0 MHz możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne	Podać	
58.	Liczba elementów min. 160 w jednej lini.	Podać	
59.	Szerokość pola skanowania min. 35 mm	Podać	
60.	Obrazowanie trapezowe, harmoniczne	TAK	
61.	Przystawka biopsyjna do głowicy liniowej	TAK	

62.	**Głowica Liniowa** szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	Podać	
63.	Zakres częstotliwości pracy w zakresie 5,0 18,0 MHz możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne		
64.	Liczba elementów min. 160 w jednej lini.	Podać	
65.	Szerokość pola skanowania min. 35 mm	Podać	
66.	Obrazowanie trapezowe, harmoniczne	TAK	
67.	Przystawka biopsyjna do głowicy liniowej	TAK	
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)			
68.	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną	TAK	
69.	Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe	TAK	
70.	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę sektorową neonatologiczną	TAK	
71.	Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG	TAK	
72.	Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń lub twardość tkanki	Podać	
73.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych	TAK	
74.	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne	TAK	
Pakiety obliczeniowe/raporty			
75.	Do badań brzusznych, małych narządów, naczyniowych, mieśniowo-szkieletowych, ginekologicznych położniczych, kardiologicznych	TAK	
76.	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D0 widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	Podać	
77.	Automatyczne wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum.	Podać	
78.	Wprowadzanie własnych opisów i komentarzy do raportu	TAK	
79.	Programy pomiarów: min. 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty	Podać	
System archiwizacji			
80.	Wewnętrzny dysk twardy typu SSD min. 500 GB lub HDD 1 TB	Podać	
81.	Archiwizacja sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznym na dysku aparatu	TAK	
82.	Nagrywarka DVD-R/RW wbudowana w aparat pozwalająca na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM 3.0, AVI, JPG.	Podać	
83.	Min. 2 aktywne gniazda USB 2.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB	Podać	

	(Flash, PenDrive)		
84.	M in. 4 nośniki pamięci USB (Flash, PenDrive)	Podać	
85.	Wideoprinter czarno-biały małego formatu zintegrowany z aparatem sterowany z konsoli aparatu	TAK	
86.	Drukarka laserowa do drukowania raportów z badan w formacie A 4	Podać	
87.	Zintegrowane z aparatem zasilanie baterijne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybrudzenie go w czasie max. 30 sek.	podać	
88.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	podać	
89.	Menu w języku polskim	TAK	
Inne			
90.	Gwarancja min. 12 m-ce	Podać	
91.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (na CD/DVD/PenDrive) min. 2 egz.	Podać	
92.	Certyfikat CE na aparat i głowice	TAK	
93.	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (adres, tel., fax, e-mail)	Podać	
94.	Czas reakcji serwisu max. 24 h (przyjazd)	Podać	
95.	W przypadku konieczności naprawy aparatu poza siedziba Zamawiającego zastępczy aparat na czas naprawy o parametrach równoważnych	TAK	
96.	Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maj 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.), potwierdzone stosownymi dokumentami, deklaracjami zgodności w zakresie znaku CE oraz certyfikatów jakości i bezpieczeństwa przewidzianych dla wyrobów medycznych (ISO 13485).	Podać	

Miejscowość: …….. dn.: ……..

……

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

I. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz …….....**.....**
.....
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o,** oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące :

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość: …….. dn.: ……..

……
Podpis osoby upoważnionej

II. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):

Pełna nazwa/firma i adres……..

KRS/CEiDG podmiotu trzeciego:……..

Wskazanie warunku którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego:……..

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych powyżej nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

_____
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz …….....
.....
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o,** oświadczam, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość: …….. dn.: ……...

…….
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTWOWY

na Dostawa i instalacja aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Adres e-mailowy: ……..@.....

Nr telefonu..... Nr fax: .....

NIP.....

REGON.....

Nr konta Bankowego: ……..

Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście

I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach:

1. **cena za dostawę i instalację aparatu USG w wysokości**: …….. zł (słownie ……) **netto** plus należny podatek VAT….% tj.…..……..zł (słownie: ……), co łącznie stanowi wynagrodzenie w wysokości ……zł (słownie ……..……) **brutto.**

II. Oświadczenia Wykonawcy:

1) oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w SIWZ oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
2) oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
3) oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/szemy umowę, której projekt stanowi załącznik do SIWZ;
4) przedmiot zamówienia wykonam w **nieprzekraczalny** terminie do ……..**2016** r.,
5) na dostarczony aparat udzielam ……. m-nej gwarancji po upływie okresu rękojmi;
6) na sprzęt udzielam ….. m-nej gwarancji (zgodnej z gwarancja producenta);
7) oferowany sprzęt jest wolny od wad prawnych;
8) w przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie[1] obowiązek podatkowy (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług),

III. Inne informacje Wykonawcy:

.....
.....
Miejscowość i data ….....……..

…….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

[1] niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ……./SM-USG/2016

zawarta w dniu ……...2016 r. w Świnoujściu pomiędzy:

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS**: *0000490038* (**NIP**: *855-158-34-67*),
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – mgr Dorotę Konkolewską
zwaną dalej „*Szpitalem*",
a
……
zwanym dalej „*Wykonawcą*" lub „Wykonawcą"

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę i instalację aparatu USG dla pracowni Rtg Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.* na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: *Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.*), o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przenieść na własność Szpitala aparat USG (*typ, model, rok prod.*) zwany dalej „*aparatem*", o którym mowa w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy (dalej zwanej umową).
2. Wykonawca oświadcza, że aparat jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wykonawca oświadcza, że aparat odpowiada wszelkim wymaganiom jakościowym określonym w SIWZ nr *ZP/10.1/2016* i posiada certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz odpowiednie dopuszczenia do stosowania w jednostkach służby zdrowia. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca dołączą do niniejszej umowy poświadczone za zgodność z oryginałem::
    1) dokumenty w języku polskim, świadczące o dopuszczeniu aparat do obrotu i do używania;
    2) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych – jeżeli jest wymagane lub oświadczenie, że aparat nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych;
    3) paszport urządzenia.
4. Wykonawca zapewni prawidłową pracę dostarczonego aparatu podczas jego pierwszego uruchomienia.
5. Wykonawca zainstaluje aparat w miejscu wskazanym przez Szpital i dokona przeszkolenia osób wskazanych przez Szpital z zakresu używania aparatu.
6. Wykonawca oświadcza, że w aparacie zainstalowane jest wyłącznie legalne oprogramowanie oraz przenosi na Szpital licencje do korzystania z tego oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z aparatu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Licencje zostaną udzielone na okres korzystania z aparatu.

§ 2

1. Strony przewidują, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wyniesie:
   a) cena netto:……..(słownie: ……..),
   b) wartość podatku VAT: ……..(słownie: ……..),
   c) cena brutto: ……..(słownie: ……..)
2. Cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Szpitala, koszt instalacji aparatu w siedzibie Szpitala, przeszkolenie personelu wskazanego przez Szpital z zakresu obsługi i konserwacji aparatu oraz cło i podatek od towarów i usług.
3. Zapłata ceny za realizację niniejszej umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Szpitalowi prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół przekazania/przyjęcia aparatu do eksploatacji, podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy, nie zawierający zastrzeżeń Szpitala, po przeszkoleniu personelu Szpitala z zakresu obsługi i konserwacji oraz po przekazaniu Szpitalowi następujących dokumentów:

a) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej – 2 egzemplarze i elektronicznej - *na płycie CD/ DVD lub PenDrive w 2 egzemplarze,,*
b) kart gwarancyjnych w języku polskim,
c) paszportu technicznego wystawionego dla przedmiotu umowy,
d) deklaracji zgodności znakami CE bądź wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,
e) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,
f) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym;
g) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu.

7. Wykonawca oświadcza, że aparat spełnia wszystkie wymagania określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz posiada wszystkie wymagane prawem świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty.
8. Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia aparatu do czasu dokonania jego odbioru końcowego obciąża w całości Wykonawcę.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Szpitala.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i instalacji aparatu wraz z kompletnym oprzyrządowaniem oraz przeprowadzeniem szkolenia osób wskazanych prze Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji aparatu w terminie do dnia ……. 2016 r.
2. Wykonawca zawiadomi Szpital o terminie i godzinie dostawy oraz instalacji aparatu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: *beata.byra@szpital-swinoujscie.pl* oraz telefonicznie **+48-91-32-67-315** nie później niż **3** dni przed planowana dostawą, instalacją i uruchomieniem przedmiotu umowy. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony.
3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca udziela gwarancji na aparat przez okres..... miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą oraz siwz oraz ……. m-cy gwarancji po upływie rękojmi.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy. Za datę dostawy przyjmuje się datę podpisania przez przedstawiciela Szpitala protokołu odbioru aparatu (*bez uwag*), o którym mowa w § 2 ust 4. Materiały eksploatacyjne do szkolenia zapewnia Wykonawca.
3. Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie po uprzednim pozytywnym sprawdzeniu spełnienia warunków realizacji zamówienia określonych w siwz oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
4. Jeżeli podczas odbioru lub po dokonaniu odbioru zostaną stwierdzone wady aparatu, Wykonawca dokona naprawy aparatu, w tym wymiany niezbędnych elementów na nowe w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca stawi się w miejscu zainstalowania aparatu w celu dokonania oględzin aparatu i zidentyfikowania nieprawidłowości w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia. Termin ten może zostać przesunięty przez Szpital z przyczyn leżących po stronie Szpitala.
5. W przypadku, gdy ze względów technologicznych wykonanie naprawy nie jest możliwe w powyższym terminie, w szczególności ze względu na konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas naprawy może ulec wydłużeniu o czas wskazany przez Szpital na piśmie. W celu wydłużenia czasu naprawy, Wykonawca informuje Szpital w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia konieczności naprawy o przyczynach niemożności zachowania terminu oraz przewidywanego terminu, w którym naprawa będzie mogła zostać wykonana. Na żądanie Szpitala, Wykonawca przedstawi dowody wskazujące niemożności dokonania naprawy w czasie umówionym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Szpitalowi nieodpłatnie aparat zastępczy o parametrach technicznych odpowiadających aparatowi. Dostarczenie oraz instalacja aparatu zastępczego nastąpi w terminie 2 od dnia zgłoszenia potrzeby naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostarczenie aparatu zastępczego nie jest wymagane, jeżeli wada jest tego rodzaju, że umożliwia korzystanie z aparatu przez Szpital w zakresie dotychczasowym, bez uszczerbku dla wykonywanych badań i ich dokumentacji. Aparat zastępczy musi odpowiadać jakościowo aparatowi.
6. W razie bezskutecznej naprawy aparatu lub jego elementu, Wykonawca jest obowiązany do wymiany przedmiotu umowy (lub wadliwego elementu) na nowy, wolny od wad – w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wystąpieniu wady.
7. W przypadku, gdy wada jest tego rodzaju, że naprawa aparatu spowoduje spadek jego wartości w stosunku do aparatu bez wad lub ze względu na rodzaj wady celowa jest wymiana aparatu, Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 6 dokona wymiany aparatu na nowy.
8. Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne Szpital będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie na nr …….. i e-mailem na adres: ……..@.....
9. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Szpitala aparatu i urządzeń pomocniczych, Wykonawca zapewni Szpitalowi aparat zastępczy do wykorzystania przez okres naprawy, zgodnie z ust. 5 powyżej.

10 Obowiązek naprawy aparatu w ramach gwarancji nie obejmuje usterek powstałych z winy Szpitala spowodowanych nieprawidłowym i niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem aparatu.
11. Napraw gwarancyjnych dokonuje Wykonawca na własny koszt za pośrednictwem autoryzowanego serwisu.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane usługi serwisu i za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia naprawianego aparatu.
13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju w korzystaniu z aparatu związanego z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części.
14. Szpital może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.
15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Szpitala wynikających z rękojmi.
16. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia także bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny, obejmujący:
    a) oględziny, diagnostykę i naprawę przedmiotu umowy – serwis wykonywany będzie zgodnie z wymaganiami producenta, niezbędnymi do utrzymania gwarancji producenta, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku,
    b) wymiany części zużywalnych wskazanych w dokumentacji serwisowej aparatu przewidzianych do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów,
    c) udzielania bezpłatnych porad telefonicznych dotyczących obsługi przedmiotu umowy.
17 Koszty przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 16 obciążają Wykonawcę. Szpital nie ponosi kosztów dojazdu i roboczogodzin serwisu.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Szpitalowi karę umowną:
   a) w wysokości 0,5 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki w:
      – dostarczeniu i zainstalowaniu aparatu,
      – usunięciu wady aparatu,
      – niedostarczeniu aparatu zamiennego,

   jednak nie mniej niż 300,00 zł za każdy dzień zwłoki - jednak nie więcej niż 20 % ceny brutto aparatu,
   b) 25 % ceny brutto aparatu za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca .
2. Szpitalowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia, w przypadku, gdy:
   a) Wykonawca pozostaje w zwłoce lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 5 dni kalendarzowych,
   b) Wykonawca pozostaje w zwłoce w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych,
   c) Wykonawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z dostarczeniem aparatu zamiennego o więcej niż 5 dni kalendarzowych.
   d) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, mimo pisemnego wezwania do wykonania obowiązku.
3. Szpital zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Jeżeli Szpital odstąpi od umowy z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 2, Szpitalowi przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (transport, różnica w cenie).
2. W przypadku nieusunięcia wady w terminie lub niedokonania naprawy lub przeglądu, Szpital może usunąć wadę, dokonać naprawy lub przeglądu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W przypadku niedostarczenia aparatu zastępczego w terminie, Szpital może zlecić wykonywanie usług, które wykonywane są przy wykorzystaniu aparatu innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub wynająć aparat zastępczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 - 3, poprzez wystawienie przez Szpital pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (*tj. powołanie odpowiedniego zapisu umowy*).

§ 7

Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada aktualną (*tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy*) umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 zł.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem ich nieważności.
2. Szpital przewiduje możliwość, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
   a) w przypadku zmiany w mieniu Szpitala, które skutkować będą koniecznością skorygowania załączników do SIWZ lub zapisów umowy.
   b) zmiana ceny (*zarówno w górę jak i w dół*) dopuszczalna jest w przypadku:
      - nieprzewidzianej na etapie składania ofert zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na sposób kalkulowania cen oferty przetargowej;
      - zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.
   c) zmiana terminu wykonania umowy – jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wykonanie umowy w terminie będzie niemożliwe lub utrudnione.

§ 9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
4. Umowa sporządzona zostanie w trzech egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Szpitala.

Wykaz załączników:

1. Wykaz minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ);
2. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……...

WYKONAWCA **SZPITAL**