



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Świnoujście, 12/04/2018 r.

Znak sprawy: **ZP/06/2018**

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawę próbek do badań prazytologicznych dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu dotyczącego p 1 : *Dwa filtry przesiewowe poziome o wielkości porów sita 400 µm i 250 µm*, jako parametru jednoznacznie wskazującego jedno z rozwiązań i jeden, konkretny produkt . Producenci stosują różne rozwiązania różniące się konstrukcją i wielkością porów sita. Bezwzględny zapis o w/ wym. wymaganiu jest równoznaczny z opisem dyskryminującym inne rozwiązania w tym zakresie , w tym wiodącego Producenta o uznanej w świecie wysokiej jakości , ponadto jest opisem ukierunkowanym na jednego wykonawcę oraz stoi w sprzeczności z art. 29 ust.1 i 2 ustawy Pzp.- tzn

„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu : *Probówka z łopatką o długości min 5 cm oraz kulkami szklanymi homogenizującymi próbkę-* na zapis: *Probówka z łopatką o długości min 5 cm zapewniająca prawidłową homogenizację próbki*. Mając na uwadze, że próbki do przygotowania i zagęszczania próbek kału są używane przez wykwalifikowany personel , a w ramach dostawy, Zamawiający ma prawo oczekiwać przeprowadzenia przez Wykonawcę instruktażu prawidłowej homogenizacji próbki , wnosimy o rezygnację z wymagania obecności w probówkach szklanych kulek , jako elementu dyskryminującego inne rozwiązania, mogącego zmienić morfologię poddawanych badaniom komórek oraz utrudniającego właściwą utylizację, segregację i recykling szkła w probówkach .

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA