



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

**ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście**

**Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74**

**e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl**

Znak sprawy: **ZP/13/2018**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)**

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
PRZETRAGOWEGO PN.:**

***Dostawa i montaż aparatu USG dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.***

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły od Wykonawców w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający w punkcie 69 tabeli, zał 1 do SIWZ wymaga dysku twardego o pojemności 1T. Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne, mianowicie 2 dyski twarde o pojemności 500 GB?

Dwa dyski twarde zapewniają większe bezpieczeństwo zarchiwizowanych danych w przypadku awarii jednego z nich.

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu..

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga aparatu pracującego w zakresie 1-16 MHz. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie ultrasonografu z głowicą liniową, szerokopasmową pracującą w zakresie 3-16 MHz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający głowicę liniową, szerokopasmową pracującą w zakresie 5-12 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf z głowicą typu convex posiadającą kąt skanowania 58 stopni oraz pracującą w wyższym, niż wymagane, zakresie częstotliwości 2-8 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Zamawiający w punkcie 40 tabeli, zał. Nr 1 do SIWZ wymaga „Zapis obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze”. Takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent na rynku, firma HITACHI. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf posiadający możliwość zapisu obrazu na dysku wewnętrznym oraz wydruku na printerze z możliwością późniejszego zapisu zarchiwizowanych danych na nośnikach zewnętrznych np. typu Pendrive?

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 6:

Zamawiający w punkcie 31 tabeli, zał nr 1 do SIWZ wymaga możliwości regulacji szerokości bramki Dopplera maksymalnie do 20 mm. Zapis ten wyklucza możliwość udziału w postępowaniu wielu producentów ultrasonografów klasy Premium. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania ultrasonografu klasy Premium z możliwością regulacji bramki Dopplera w zakresie 0,5-25 mm. Aparaty klasy Premium wiodących producentów posiadają zakres regulacji bramki Dopplera 0.5-25mm co pozwala uzyskać bardziej wiarygodne pomiary przepływów w szerokich naczyniach tj. tętnice szyjne.

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający pamięć dynamiczną dla trybów M-mode lub D-mode, color Doppler oraz posiadający pamięć dynamiczną dla trybu 2D 60 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Zamawiający w punkcie 76 tabeli zał. 1 do SIWZ wymaga zasilania bateryjnego pozwalającego wprowadzić aparat w stan uśpienia a następnie wybudzenia w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne w postaci zasilania bateryjnego zintegrowanego z aparatem pozwalającego na transport ultrasonografu bez potrzeby wyłączania go, czy też wprowadzania w tryb uśpienia oraz możliwości pracy ultrasonografu przez okres nie krótszy niż 15 minut?

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 9:

Dotyczy punktu 13 tabeli parametrów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o regulacji wysokości konsoli aparatu bez możliwości regulacji lewo-prawo.

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 10:

Dotyczy punktu 50 tabeli parametrów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG wyposażonego w głowice convex o zakresie częstotliwości pracy 1.4 – 5 MHz umożliwiającej badania jamy brzusznej, nerek, jelit, FAST, płuc, położnicze, prenatalne, położnicze (zaawansowane), echo płodu, ginekologiczne, miednicy, pediatryczne jamy brzusznej i kręgosłupa. Proponowana głowica jest znacznie bardziej uniwersalna niż wymagana przez Zamawiającego i pozwala na wykonywanie szerszej gamy badań.

Odpowiedź:


Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 11:

Dotyczy punktu 50 tabeli parametrów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG wyposażonego w głowice liniową o zakresie częstotliwości pracy 5 - 16 MHz. Zamawiający wymaga aparatu w zakresie częstotliwości pracy 1 – 16 MHz, a głowicy liniowej w zakresie 5 – 18 MHz. Częstotliwość pracy głowicy powyżej 16 MHz i tak będzie nieosiągalna.

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 12:

dotyczy „Główice ultradźwiękowe” pkt. 46

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę Liniową o zakresie częstotliwości od 4,0 do 13 MHz?

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 13:

dotyczy „Główice ultradźwiękowe” pkt. 53

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę Convex o zakresie częstotliwości od 4,0 do 13 MHz?

Odpowiedź:

Wskazany pkt nie występuje w przedmiotowym postępowaniu.

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.*

*oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA*