

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 20/05/2016 r.

Znak sprawy: ZP/07/2016

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)


DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa podnośnika jezdnego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika jezdnego o parametrach;

- Rozstaw kół min. 68 - max. 122,5 cm (większa stabilność podnośnika)
- minimalna pozycja ramienia 766 mm (przy minimalnej pozycji ramienia orczyk na którym mocowane jest nosidło znajduje się 60 cm od podłoża)



- max pozycja ramienia 1840 mm

Spełniający pozostałe parametry zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawienie wykazu minimum dwóch dostaw sprzętu medycznego? Wymaganie przedstawienia wykazu dostaw na sprzęt będący przedmiotem postępowania przetargowego uniemożliwia złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a co za tym idzie otrzymanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści podnośnik z maksymalną pozycją ramienia od podłoża 184 cm. Jest to zaledwie jeden centymetr mniej

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści podnośnik z minimalną pozycję ramienia 766 mm? Parametr ten niewiele różni się od wymagań zamawiającego zważywszy iż wysokość podnoszenia pacjenta jest niższa ze względu na użycie nosidła.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści podnośnik z rozstawem nóg minimalnym 68 cm? Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Czy zamawiający wymaga siedziska wykonanego z siatki poliestrowej czy też standardowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik jezdny o udźwigu do 160 kg, z otwieraną mechanicznie podstawą, o szerokości od 540 do 850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik jezdny o udźwigu do 180 kg, z otwieraną mechanicznie podstawą, o szerokości od 630 do 1180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Prosimy o dopuszczenie poliestrowego nosidełka, z podparciem głowy, przeznaczonego do prania w temperaturze do 70°C.

Odpowiedź:


Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści minimalną pozycję ramienia od podłoża 100 cm? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i może być uznany za równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści rozstaw podstawy w zakresie 63-112,5 cm? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i może być uznany za równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
mgr Dorota KONKOLEWSKA*