



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 20/05/2016 r.

Znak sprawy: ZP/07/2016

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa podnośnika jezdny dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*) zawiadamia się, że w dniu **20-05-2016 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

Było:

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy (...)
7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minimum dwóch dostaw sprzętu/tylko będących przedmiotem postępowania przetargowego/ na kwotę nie mniejsza niż 200 tys. zł. brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich i wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z wykorzystaniem wzoru – **Załącznik nr 3 do SIWZ** . (...)

Zmienia się

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy (...)
7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minimum dwóch dostaw sprzętu/tylko będących przedmiotem postępowania przetargowego/ na kwotę nie mniejsza niż 6 tys. zł. brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich i wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z wykorzystaniem wzoru – **Załącznik nr 3 do SIWZ** . (...)

Załącznik nr 1

Było:

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	(...)
1.	Elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu 175 – 180 kg. Wyposażony w cztery wytrzymałe kółka jezdne, hamulec w postaci blokady tylnych kółek oraz rozszerzanej podstawy z regulacją rozstawu w zakresie 62-99 cm. Niska wysokość podstawy umożliwia łatwy podjazd pod łóżko lub wannę. Podnośnik obsługiwany przy pomocy pilota, posiadający zintegrowane z urządzeniem akumulatory zapewniające pracę podnośnika po odłączeniu od ładowania. Urządzenie wyposażone w siłownik np. firmy Linak lub równoważny. Podnośnik z siedziskiem z podparciem głowy. Siedzisko do prania i dezynfekcji	Rozstaw kół: 62-99 cm, maksymalna pozycja ramienia od podłoża: 185 cm, minimalna pozycja ramienia od podłoża: 63 cm.	.
2.	Siedzisko (do prania i dezynfekcji) z podparciem głowy kompatybilne z podnośnikiem z poz. nr 1		

Zmienia się na:

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	(...)
1.	Elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu 175 – 180 kg. Wyposażony w cztery wytrzymałe kółka jezdne, hamulec w postaci blokady tylnych kółek oraz rozszerzanej podstawy z regulacją rozstawu w zakresie 62-99 cm. Niska wysokość podstawy umożliwia łatwy podjazd pod łóżko lub wannę. Podnośnik obsługiwany przy pomocy pilota, posiadający zintegrowane z urządzeniem akumulatory zapewniające pracę podnośnika po odłączeniu od ładowania. Urządzenie wyposażone w siłownik np. firmy Linak lub równoważny. Podnośnik z siedziskiem (standardowym) z podparciem głowy. Siedzisko do prania i dezynfekcji (temp. prania min. 65°C)	Rozstaw kół: 63-112,5 cm, maksymalna pozycja ramienia od podłoża: 184 cm, minimalna pozycja ramienia od podłoża: 76,6 cm.	.
2.	Siedzisko standardowe (<i>do prania i dezynfekcji</i>) z podparciem głowy kompatybilne z podnośnikiem z poz. nr 1 (temp. prania min. 65°C)		

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
mgr Dorota KONKOLEWSKA