



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: **ZP/17/1/2019**

Świnoujście dn.: 13-11-2019 r.

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:

Dostawa i montaż radiologicznej lekarskiej stacji diagnostycznej dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający w tytule przedmiotu zamówienia wskazuje monitor systemu RIS/PACS. W tabeli opisującej wymagania poszczególnych elementów stacji lekarskiej nie ma wymagań odnośnie monitora RIS/PACS. Czy zamawiający wymaga aby monitor był wyprodukowany przez tego samego producenta co monitory diagnostyczne i spełniał parametry nie mniejszych niż:

Matryca	TN
Przekątna	22"
Rozdzielczość	1680 x 1050
Liczba kolorów	16,77 miliona
Kąty widzenia (pionowo/poziomo)	170°, 160°
Rodzaj podświetlenia	LED
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Czas reakcji	5 ms

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie oprogramowania eFilm w wersji minimum 4.1 w ramach przeniesienia licencji w wersji 3.1? Wersja 3.1 według informacji dystrybutora nie będzie poprawnie działać pod systemem Windows 10, który jest opisany przez Zamawiającego w punkcie 11.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
dr Elżbieta Kasprzak