SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: ***ZP/25/2019***

Świnoujście dn.: 11-12-2019 r.

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(*tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*)

ZMIANA TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:
Dostawa sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. **38** ust. **4** ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „*SIWZ*" zamówienia dokonano zmiany treści:

Było:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/25/2019

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:

Zadanie Nr 1– Rurki intubacyjne i sprzęt różny										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Rurki intubacyjne j.u. bez mankietu z mieszaniny silikonu i PCW, sterylne bez otworu Murphy-ego	CH 2,0- 5,5		szt	10					
2	Rurka intubacyjna j.u z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z jednym znacznikiem głębokości na co najmniej połowie obwodu rurki,przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, do stosowania na oddziale OIOM	CH 5,0- 9,0		szt	320					
3	Rurka intubacyjna j. u zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphiego, ustno-nosowa. Oznaczenia średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym.	CH 7,0-9,0		szt.	10					
4	Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoojętościowym, niskociśnieniowym z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, transparentny łącznik -do stosowania na oddziale OIOM	CH 7,0- 9,0		szt	50					
5	Rurka tracheostomijna fenestracyjna, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG sterylna. *	CH 7,00-9,00		szt.	2					
6	Orator, zastawka umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią z kapturkiem kryjącym, z kapturkiem umozliwiającym podłączenie dodatkowego źródła tlenu a 2 szt.			op.	2					
7	Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem Aire Cuf z regulowanym położeniem kołnierza, z opaską i klinem, 100% silikonu	CH 8,00-9,00		szt.	10					
8	Podkładka do rurki tracheostomijnej, wykonana z miękkiej gąbki o grubości 5 mm, wyprofilowana, z rozcięciem i otworem o średnicy 5 mm , z nacięciami umożliwiajacymi rozszerzenie do 15 mm maksymalna długość 8 cm, maksymalna szerokość 6,5 cm			szt.	50					
9	Opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych z mocowaniem na rzep, miękka, elastyczna, szerokość w najszerszym miejscu 3,0cm, długość 46cm plus rzep			szt.	90					
10	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem ,przezroczysty korpus przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczajace przed wklinowaniem się nagłośni informacj z nazwą producenta, rozmiarem maski,przedziale wagowym pacjenta podana na korpusie maski sterylna	rozmiary 3-6		szt.	5					
11	Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, wielorazowa ,wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia	15Ch/60cm		szt.	5					
12	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej)*			szt	10					
13	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania	średnica wew. 8,0		szt	13					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

14	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania			szt.	1					
15	Pułapka na próbkę popłuczyn z drzewa oskrzelowego do badań mikrobiologicznych - jałowa (z możliwością włączenia do linii ssaka), z nakrętką zamykającą wchodzącą w skład zestawu	pojemność 40 ml		szt.	200					
16	Zestaw wielokomorowy do aktywnego lub biernego drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną	pojemność 2100-2200 ml		szt.	1					
17	Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii PCK *			szt.	4					
18	Kocyk na całe ciało do podgrzewacza Equator Level1			szt.	8					
19	Kocyk na górną partię ciała do podgrzewacza Equator Level1			szt.	2					
20	Kocyk pediatryczny na całe ciało do podgrzewacza Equator Level1			szt.	2					
Razem										
	*** Poz.-5 , 12, 17-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**									
	Poz.1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego									
Zadanie nr 2 – Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Zestaw do tętnicy udowej metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik poliuretanowy, prowadnica igłowa, prowadnica Seldingera w aparacie wprowadzającym oraz koreczek Luer-Lock	4Fr długość200mm		szt.	15					
2	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. 7FR długość 200mm *	7Fr długość 200mm		szt.	15					
3	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. 7FR długość 150mm *	7Fr długość 150mm		szt.	50					
4	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, 7FR długość 150mm *	7Fr długość150mm		szt.	40					
5	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, 7FR długość 200mm *	7Fr długość 200mm		szt.	30					
6	Zestaw do kaniulacji żył centralnych z pięcioświatłowym cewnikiem antybakteryjnym 9,5/20cm. *			szt.	25					
7	Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h długość 150cm *	długość 150cm		szt.	70					
8	Rampa dwudrożna z 2 x kranikami odcinający oraz 3 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej *			szt.	130					
9	Rampa czterodrożna z 4 x kranikami odcinający oraz 5 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej *			szt.	300					

10	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ze szlifem Pencil-Point z bocznym otworem, prowadnicą, przezroczystym, ergonomicznym uchwytem zawierająca mandryn w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru, opakowanie wielowarstwowe nierozrywalne.	25G-27Gx90mm		szt.	800					
11	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ze szlifem Pencil-Point z bocznym otworem, prowadnicą, przezroczystym, ergonomicznym uchwytem zawierająca mandryn w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru, opakowanie wielowarstwowe nierozrywalne.	26Gx115-120mm		szt.	40					
12	Mankiet ciśnieniowy do infuzji płynów całkowicie zespolony, posiadający: manometr ciśnieniowy, automatyczny zawór bezpieczeństwa, trójdrożny kranik odcinający, transparentną kieszeń. Produkt bezlateksowy.	1000ml		szt.	2					
13	Cewnik pępowinowy	CH 3-7		szt.	6					
14	Dwuczęściowe mocowanie do rurek intubacyjnych zapinane na rzep składające się z części na kark i mocowania na rurę z wycięciem długości 32+26cm wykonane z taśmy piankowej z możliwoscią regulacji. Bezlateksowe, hipoalergiczne, bez zastosowania klejów, neutralne dla bakterii, przeciwodleżynowe.	32+26cm		szt.	550					
15	Zestaw zewnątrzoponowy, w skład którego wchodzą: strzykawka niskooporowa 7 ml, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, cewnik ze znacznikiem i prowadnicą, płaski filtr przeciwbakteryjny, zatrzaskowy uchwyt mocujący do cewnika + nieinwazyjne mocowanie cewnika do skóry pacjenta (klipsy zatrzaskowe-mocujące)	18G		szt.	40					
Razem										
*** Poz.-2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**										
Poz. 10,11, 13 i 15 - ilość poszczególnych rozmiarów w podanym zakresie uzależniona od potrzeb Zamawiającego										
Zadanie nr 3 – Wkłady do systemów ssących										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Wkłady workowe jednorazowego użytku, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV tylko 2 króćce w pokrywie wkładu o różnej średnicy. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister, funkcja samozasysania, data ważności umieszczona na każdym wkładzie.	pojemność 2000 ml		szt.	1000					
Razem										
Zadanie nr 4 – Wyposażenie laparoskopu										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Klipsy tytanowe j.u kompatybilne z klipsownicą AESCULAP PL 503R	Medium - Large 1kpl-6 klipsów 20 kpl w opakowaniu		op	3					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

2	Klipsy tytanowe j.u kompatybilne z klipsownicą AESCULAP PL 503R	Large 1kpl-6 klipsów 20 kpl w opakowaniu		op	3					
3	Pokrowiec na kamerę a 25 szt pakowany pojedynczo j.u.	13x242 cm		op	15					
4	Dzierżaw klipsownicy 1 szt			m-c/ szt.	12					
5	Dzierżaw klipsownicy 1 szt			m-c/ szt.	12					
Razem										
Zadanie Nr 5 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Cewnik tętniczy do tętnicy udowej dla dorosłych standardowy (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm), czujnik temperatury, linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieska-przetwornik do pomiaru OCŻ, dostosowany do pracy z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami PUSIOFLEX i PICCO 2 firmy Pulsion Medical System			szt.	5					
2	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z konturu fali tętna współpracujący z dowolnym przetwornikiem ciśnienia, wymagający kalibracji, posiadający wbudowane diody LED informujące o stanie czujnika i jakości sygnału			szt.	10					
3	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żylnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 33cm		szt.	5					
4	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żylnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 38cm		szt.	5					
Razem										
Zadanie nr 6– Zestaw do szynowania moczowodu, System do zbiórki stolca, Serwety i maty chłonne										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca *			szt	5					
2	Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą			op	5					

	przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków)									
3	Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa *	225 cm		szt	1200					
4	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71-72 x101 - 102cm* (1 op=13 szt.)			op	15					
5	Zestaw do szynowania moczowodu- cewnik z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan otwarty/otwarty, prowadnica hydrofilna Terumo ułatwiająca zakładanie cewnika , popychacz z możliwością sterowania cewnikiem nawet po wyciągnięciu prowadnicy. Rozmiar 6/26			op	1					
6	Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25x41cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.			szt	500					
7	Sterylne, jednorazowe pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy. *			op.	600					
8	Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach. *			szt	800					
9	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci. *			szt	500					
10	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. Sterylny. *			szt	400					
11	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci.			szt	50					
12	Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego. *			szt	1000					
13	Linia do próbek gazu w kapnografie końcówka męska-męska długość 3m	długość 3m		szt	70					
14	OBWÓD ODDECHOWY DWURUROWY, KARBOWANY, DLA DOROSŁYCH rozciągliwy - do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą i workiem. *			szt.	150					
15	Obwód oddechowy dwururowy karbowany, dla dorosłych, podwójnie obrotowe kolanko - do respiratora:*			szt.	40					
16	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. *			szt.	30					
17	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem *			szt.	40					
18	Zestaw do toalety jamy ustnej z chlorhexydyną.*			szt	100					
19	Zestaw do znieczulenia sterylny.*			szt	1000					
20	Sterylna serweta pod pośladki 89-91x117-119 cm opakowanie zawierające 30 szt. *			op	6					
21	Zestaw przeciw parowaniu optyki laparoskopowej			szt	50					
22	Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15mm do max.48mm *			szt	1800					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

23	Czyściki jednorazowe do narzędzi ok. 5x5cm			szt.	600					
24	Sterylny marker do pisania po skórze pacjenta ze standardowa końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera, w komplecie z linijką z podziałką co 1 mm do 15 cm. Atrament -niedrażniący skóry fiolet krystaliczny. Opakowanie jednostkowe papier folia, sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa I s. Opakowanie zbiorcze 50szt.				100					
25	Jednorazowe worki do liczenia gazików, składające się z pięciu kieszonek z przegródką, umieszczonych jedna nad drugą. Tylna część worka wykonana z przeźroczystego lub niebieskiego polietylenu. Przednia część worka przeźroczysta ułatwiająca liczenie gazików i serwet laparotomijnych. Worki pakowane po 50 szt. w karton- dyspenser kompatybilny ze stojakiem - koszem 8-ośmio uchwytowym, pozwalającym na jednorazowe zawieszenie po min. dwa worki z każdej ze stron stojaka dającym dostęp jednocześnie do 40 szt. kieszonek na gaziki lub 20 kieszonek na serwety laparotomijne.				1000					
26	Stojak (koszyk z uchwytem na statyw do kroplówek) Mieści karton z zapasem torebek i jest zaopatrzony w 8 haczyków co umożliwia zawieszanie torebek z obu stron po dwie z każdej (miejsce na 40 gazików).				2					
27	Osłona na kończynę - stokinetka 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm				50					
Razem										

*** Poz.-1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 22 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**

Zadanie nr 7 – Jednorazowa bielizna operacyjna

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny *			szt.	700					
2	Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej *			szt.	300					
3	Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych *			szt.	180					
4	Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych *			szt.	20					
Razem										

*** Poz.- 1, 2, 3, 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**

Zadanie nr 8 – Siatki przepuklinowe										
	Nazwa asortymentu	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze nie większej niż 44 -57g/m^2	6 x 11cm-13,7cm		szt.	60					
2	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze nie większej niż 44 -57g/m^2	10 x 15cm-16cm		szt.	30					
3	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze nie większej niż 44-57g/m^2	15 x 15cm		szt.	10					
4	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze nie większej niż 44-57g/m^2	30-30,5 cm x 30 -30,5 cm		szt.	5					
Razem										
Zadanie nr 9 - Ładunki do staplerów i sprzęt różny										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 55mm przeznaczone do tkanki cienkiej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 3,5mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
2	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 55mm przeznaczone do tkanki grubej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 4,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	12					
3	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 90mm przeznaczone do tkanki grubej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 3,5mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
4	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 90mm przeznaczone do tkanki grubej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 4,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
5	Ładunek do staplera wielorazowego z nożem o dł. 50mm o wysokości otwartej tytanowej zszywki 3,8mm Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
6	Ładunek do staplera wielorazowego z nożem o dł. 90mm o wysokości otwartej tytanowej zszywki 3,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	12					
7	Narzędzie j.u wyposażone w system zamykania naczyń szczęki wygięte pod kątem 14 st., kompatybilny z generatorem LigaSure			szt.	12					
8	Kleszczyki j. u o dł. 18,8cm do zamykania i uszczelniania naczyń do 7mm włącznie, kompatybilny z generatorem LigaSure			szt.	12					
Razem										
Zadanie nr 10 - Ginekologiczne systemy operacyjne										

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). Laserowo zgrzewane brzegi taśmy . System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out .*			kpl.	40					
2	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). *	TAŚMA		szt.	40					
	2 sztuki igieł wielorazowego użytku, spiralne, ze stali chirurgicznej o średnicy 4mm nie połączone z taśmami do inplantacji przez otwory zapłonione *	IGŁY		kpl.	2					
Razem										
*** Wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu z poz.1-2**										
*** Poz. 1, 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**										
Zadanie nr 11 -Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator										

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Klipsy polimerowe naczyniowe niewchłanialne (II generacji) z zębami w kształcie stożka, kąt podcięcia zamykanej struktury tkankowej 44-46 zakres rozmiarów tkanki rozmiar L [(5 – 13 mm) (fioletowe)] opakowanie w zasobniki zawierające max. 4 klipsy (*kompatybilne z klipsownicą GRENA S/N 008*) opakowanie zawierające 18-22 zasobników			op.	15					
2	Ewakuator laparoskopowy 200ml/5cm			szt.	60					
3	Dzierżaw klipsownicy kompatybilnych z dostarczonymi klipsami z poz. nr 1- 1 szt			m-c/ szt.	12					
4	Dzierżaw klipsownicy kompatybilnych z dostarczonymi klipsami z poz. nr 1- 1 szt			m-c/ szt.	12					
Razem										
Zadanie nr 12 - Akcesoria do laparoskopu										

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Dren kompatybilny z pompą SurgiFlow Olympus a 10 szt.		WA58901A	op.	18					
Razem										
Zadanie nr 13 - Wosk kostny										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Wosk kostny	op=10-12 sasz		op.	1					
Razem										
Zadanie nr 14 - Rurki krtaniowe										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Rurka krtaniowa LT-D .Rurka z PCV, bez latexu, posiadająca dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe, posiadający dodatkowy kanał do odsysania treści żołądkowej. Rozmiar 3-5. Wybór rozmiaru wg potrzeb zamawiającego	Rozmiar 3-5		szt.	10					
2	Strzykawka jednorazowego użytku do rurek krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok czarny, opakowanie jednostkowe 10 szt.	20ml		op	1					
3	Strzykawka jednorazowego użytku do rurek krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok czarny, opakowanie jednostkowe 10 szt.	60ml		op	1					
4	Strzykawka jednorazowego użytku do rurek krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok czarny, opakowanie jednostkowe 10 szt.	100ml		op	1					
Razem										
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego										
Zadanie nr 15 - Akcesoria do Histeroskopu										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Elektroda bipolarna jednorazowa tnąca, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12 st. Opakowanie 3 szt. *			op.	3					
2	Elektroda bipolarna jednorazowa wałeczkowa, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12 st. Opakowanie 3 szt. *			op.	3					
Razem										

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

*** Zamawiający posiada Histeroskop diagnostyczno-operacyjny z ciągłym przepływem typu Grochmal, śr. 5 mm, kanał roboczy 5 Charr.,długość robocza 217 mm, optyka-kąt patrzenia 20 stopni.**

Zadanie nr 16 - Akcesoria do Histeroskopu cz.2										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Płyta bierna jednorazowego użytku z systemem monitoringu przylegania REM samoprzylepna dzielona nie pokryta powłoka żelową kompatybilna z kablem wielokrotnego użytku firmy EMED ERBE x 50szt.			op	24					
Razem										
Zadanie nr 17 – Maski pełnotwarzowe										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Maska pełnotwarzowa przeznaczona do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej, wyposażona w poduszkę wypełnioną powietrzem, umożliwiająca szczelne przyleganie do twarzy	M-L		szt.	10					
Razem										
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego										
Zadanie nr 18 – Staplery okrężne										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Jednorazowy, sterylny stapler okrężny, zakrzywiony 21, 25, 28 i 32 mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,0 mm. Dla średnicy 21 mm wysokość otwartej zszywki 4,2 mm, dla pozostałych średnic 5,0 mm. W przypadku średnicy 21 i 25mm główka staplera w kształcie pełnego stożka prostego z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem. Dla średnicy 28 i 32 mm wymagana również wersja prosta, krótka - maksymalna długość staplera 35cm.			szt.	9					
Razem										
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego										

Zadanie nr 19 Nici chirurgiczne													
Lp	**Opis przedmiotu zamówienia**	**Numer katalogowy**	**jed. miary**	**Długość igły**	**Krzywizna i rodzaj igły**	**Długość nitki**	**Grubość nitki USP**	**Ilość**	**Cena netto**	**Wartość netto**	**Stawka Vat**	**Wartość VAT**	**Wartość brutto**

1	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	16	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	5/0	50					
2	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	19	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	4/0	60					
3	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	24	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	4/0	50					
4	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	24-25	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	3/0	50					
5	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	24-25	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	2/0	20					
6	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	30	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	3/0	60					
7	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	30	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	2/0	50					
8	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 12 szt.		op	60	prosta odwrotnie tnąca	75	2/0	60					
9	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	30	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	0	15					
10	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, polipropylen, jednowłóknowe opakowanie 12 szt.		op	26-27	1/2 koła okrągła	75	3/0	30					
11	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliester, powlekany silikonen, plecionka opakowanie 12 szt.		op	26-27	1/2 koła okrągła	75	2/0	15					
12	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2x 12-13	1/2 koła okrągła	75	5/0	2					
13	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2x 12-13	1/2 koła okrągła	75	6/0	2					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

14	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2x 12-13	3/8 koła okrągła	75	7/0	2					
15	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen, monofilamentowe, niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2*16	1/2 koła okrągła	75-90	4/0	2					
16	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2*16	1/2 koła okrągła	75-90	3/0	7					
17	szwy chirurgiczne, wchłanialne(60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach,50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	20	1/2 koła okrągła	75	4/0	45					
18	szwy chirurgiczne,wchłanialne(60-90 dni),syntetyczne,plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem,jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach,50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	26	1/2 koła okrągła	75	3/0	37					
19	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	26	1/2 koła okrągła	75	2/0	60					
20	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	2/0	65					

21	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	30	1/2 koła okrągła	75	0	30					
22	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	0	60					
23	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	1	50					
24	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	30	1/2 koła okrągła	75	1	40					
25	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	2	120					
26	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	48	1/2 koła okrągła	90	2	100					
27	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	65	1/2 koła okrągła	90	2	10					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

28	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	3/0	30					
29	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	2/0	50					
30	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	0	30					
31	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	1	10					
32	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	2	10					
33	szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	20	1/2 koła okrągła	70	4/0	10					

34	szwy chirurgiczne wchłaniane (180-210 dni), syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	17	1/2 koła okrągła	70-90	5/0	2					
35	szwy chirurgiczne wchłanialne (180-210 dni), syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	20	1/2 koła okrągła	70	3/0	10					
36	szwy chirurgiczne wchłaniane (180-210 dni),syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	26	1/2 koła okrągła	70	2/0	20					
37	szwy chirurgiczne wchłaniane (180-210 dni),syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	50	1/2 koła okrągła	150cm pętla	1	4					
38	szwy chirurgiczne wchłaniane (180-210 dni),syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	48	1/2 koła okrągła	150cm pętla	0	3					
Razem											**X**		

Zadanie nr 20 Szwy i taśmy chirurgiczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy	jed. miary	Długość igły	Krzywizna i rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki USP	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość VAT	Wartość brutto
1	szwy chirurgiczne wchłaniane (60-90 dni) , plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikolem, podtrzymywanie tkankowe: 50%-18 dni po zaimplantowaniu typu Novosyn		op	60	1/2 koła okrągła	150cm pętla	1	10					
2	szew chirurgiczny niewchłanialny, skręcany ze stalinierdzewnej, odbarczający, powlekany polietylenem, z 2 płytkamipolietylenowymi o wymiarach 100mmx30mmx8mm, średnica nici 1,3mm		op	100mm	3/8 koła odwotnie tnąca podwójna	90		1					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

3	wchłaniana taśma z kwasu poliglikolowego do szycia i tamowania krwawień z narządów miąższowych, czas wchłaniania 60-90 dni		op	65	1/2 koła okrągła tępa	60cm	taśma 3mm	2					
4	Szwy chirurgicznego leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy, niewchłaniane poliesterowe plecione niepowlekane do zakładania szwu kapciuchowego techniką Mc. Donalds		op	75	6	2x48	½ koła okrągła przyostrzona podwójna o zakończeniu trokarowym	2					
Razem											**X**		

Miejscowość: …….. dn.: ……..

……

Zmienia się na:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/25/2019

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:

Zadanie Nr 1– Rurki intubacyjne i sprzęt różny										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Rurki intubacyjne j.u. bez mankietu z mieszaniny silikonu i PCW, sterylne bez otworu Murphy-ego	CH 2,0- 5,5		szt	10					
2	Rurka intubacyjna j.u z mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z jednym znacznikiem głębokości na co najmniej połowie obwodu rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, do stosowania na oddziale OIOM	CH 5,0- 9,0		szt	320					
3	Rurka intubacyjna j. u zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphiego, ustno-nosowa. Oznaczenia średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym.	CH 7,0-9,0		szt.	10					
4	Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoojętościowym, niskociśnieniowym z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, transparentny łącznik -do stosowania na oddziale OIOM	CH 7,0- 9,0		szt	50					
5	Rurka tracheostomijna fenestracyjna, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG sterylna. *	CH 7,00-9,00		szt.	2					

6	Orator, zastawka umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią z kapturkiem kryjącym, z kapturkiem umozliwiającym podłączenie dodatkowego źródła tlenu a 2 szt.			op.	2					
7	Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem Aire Cuf z regulowanym położeniem kołnierza, z opaską i klinem, 100% silikonu	CH 8,00-9,00		szt.	10					
8	Podkładka do rurki tracheostomijnej, wykonana z miękkiej gąbki o grubości 5 mm, wyprofilowana, z rozcięciem i otworem o średnicy 5 mm , z nacięciami umożliwiajacymi rozszerzenie do 15 mm maksymalna długość 8 cm, maksymalna szerokość 6,5 cm			szt.	50					
9	Opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych z mocowaniem na rzep, miękka, elastyczna, szerokość w najszerszym miejscu 3,0cm, długość 46cm plus rzep			szt.	90					
10	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem ,przezroczysty korpus przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczajace przed wklinowaniem się nagłośni informacj z nazwą producenta, rozmiarem maski,przedziale wagowym pacjenta podana na korpusie maski sterylna	rozmiary 3-6		szt.	5					
11	Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, wielorazowa ,wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia	15Ch/60cm		szt.	5					
12	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej)*			szt	10					
13	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania	średnica wew. 8,0		szt	13					
14	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania			szt.	1					
15	Pułapka na próbkę popłuczyn z drzewa oskrzelowego do badań mikrobiologicznych - jałowa (z możliwością włączenia do linii ssaka), z nakrętką zamykającą wchodzącą w skład zestawu	pojemność 40 ml		szt.	200					
16	Zestaw wielokomorowy do aktywnego lub biernego drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną	pojemność 2100-2200 ml		szt.	1					
17	Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii PCK *			szt.	4					
18	Kocyk na całe ciało do podgrzewacza Equator Level1			szt.	8					
19	Kocyk na górną partię ciała do podgrzewacza Equator Level1			szt.	2					
20	Kocyk pediatryczny na całe ciało do podgrzewacza Equator Level1			szt.	2					
Razem										
	*** Poz.-5 , 12, 17-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**									
	Poz.1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego									
Zadanie nr 2 – Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Zestaw do tętnicy udowej metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik poliuretanowy, prowadnica igłowa, prowadnica Seldingera w aparacie wprowadzającym oraz koreczek Luer-Lock	4Fr długość200mm		szt.	15					
2	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. 7FR długość 200mm *	7Fr długość 200mm		szt.	15					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

3	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. 7FR długość 150mm *	7Fr długość 150mm		szt.	50						
4	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, 7FR długość 150mm *	7Fr długość150mm		szt.	40						
5	Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, 7FR długość 200mm *	7Fr długość 200mm		szt.	30						
6	Zestaw do kaniulacji żył centralnych z pięcioświatłowym cewnikiem antybakteryjnym 9,5/20cm. *			szt.	25						
7	Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h długość 150cm *	długość 150cm		szt.	70						
8	Rampa dwudrożna z 2 x kranikami odcinający oraz 3 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej *			szt.	130						
9	Rampa czterodrożna z 4 x kranikami odcinający oraz 5 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej *			szt.	300						
10	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ze szlifem Pencil-Point z bocznym otworem, prowadnicą, przezroczystym, ergonomicznym uchwytem zawierająca mandryn w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru, opakowanie wielowarstwowe nierozrywalne.	25G-27Gx90mm		szt.	800						
11	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ze szlifem Pencil-Point z bocznym otworem, prowadnicą, przezroczystym, ergonomicznym uchwytem zawierająca mandryn w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru, opakowanie wielowarstwowe nierozrywalne.	26Gx115-120mm		szt.	40						
12	Mankiet ciśnieniowy do infuzji płynów całkowicie zespolony, posiadający: manometr ciśnieniowy, automatyczny zawór bezpieczeństwa, trójdrożny kranik odcinający, transparentną kieszeń. Produkt bezlateksowy.	1000ml		szt.	2						
13	Cewnik pępowinowy	CH 3-7		szt.	6						
14	Dwuczęściowe mocowanie do rurek intubacyjnych zapinane na rzep składające się z części na kark i mocowania na rurę z wycięciem długości 32+26cm wykonane z taśmy piankowej z możliwoscią regulacji. Bezlateksowe, hipoalergiczne, bez zastosowania klejów, neutralne dla bakterii, przeciwodleżynowe.	32+26cm		szt.	550						
15	Zestaw zewnątrzoponowy, w skład którego wchodzą: strzykawka niskooporowa 7 ml, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, cewnik ze znacznikiem i prowadnicą, płaski filtr przeciwbakteryjny, zatrzaskowy uchwyt mocujący do cewnika + nieinwazyjne mocowanie cewnika do skóry pacjenta (klipsy zatrzaskowe-mocujące)	18G		szt.	40						
Razem											

*** Poz.-2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**

Poz. 10,11, 13 i 15 - ilość poszczególnych rozmiarów w podanym zakresie uzależniona od potrzeb Zamawiającego

Zadanie nr 3 – Wkłady do systemów ssących										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Wkłady workowe jednorazowego użytku, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV tylko 2 króćce w pokrywie wkładu o różnej średnicy. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister, funkcja samozasysania, data ważności umieszczona na każdym wkładzie.	pojemność 2000 ml		szt.	1000					
Razem										
Zadanie nr 4 – Wyposażenie laparoskopu										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Klipsy tytanowe j.u kompatybilne z klipsownicą AESCULAP PL 503R	Medium - Large 1kpl-6 klipsów 20 kpl w opakowaniu		op	3					
2	Klipsy tytanowe j.u kompatybilne z klipsownicą AESCULAP PL 503R	Large 1kpl-6 klipsów 20 kpl w opakowaniu		op	3					
3	Pokrowiec na kamerę a 25 szt pakowany pojedynczo j.u.	13x242 cm		op	15					
4	Dzierżaw klipsownicy 1 szt			m-c/ szt.	12					
5	Dzierżaw klipsownicy 1 szt			m-c/ szt.	12					
Razem										
Zadanie Nr 5 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Cewnik tętniczy do tętnicy udowej dla dorosłych standardowy (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm), czujnik temperatury, linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieska-przetwornik do pomiaru OCŻ, dostosowany do pracy z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami PUSIOFLEX i PICCO 2 firmy Pulsion Medical System			szt.	5					
2	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z konturu fali tętna współpracujący z dowolnym przetwornikiem ciśnienia, wymagający kalibracji, posiadający wbudowane diody LED informujące o stanie czujnika i jakości sygnału			szt.	10					
3	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żylnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 33cm		szt.	5					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

4	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żylnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 38cm		szt.	5					
Razem											
Zadanie nr 6– Zestaw do szynowania moczowodu, System do zbiórki stolca, Serwety i maty chłonne											
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**	
1	System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca *			szt	5						
2	Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków)			op	5						
3	Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa *	225 cm		szt	1200						
4	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71-72 x101 - 102cm* (1 op=13 szt.)			op	15						
5	Zestaw do szynowania moczowodu- cewnik z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan otwarty/otwarty, prowadnica hydrofilna Terumo ułatwiająca zakładanie cewnika , popychacz z możliwością sterowania cewnikiem nawet po wyciągnięciu prowadnicy. Rozmiar 6/26			op	1						
6	Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25x41cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.			szt	500						
7	Sterylne, jednorazowe pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy. *			op.	600						
8	Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach. *			szt	800						
9	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci. *			szt	500						
10	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. Sterylny. *			szt	400						
11	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci.			szt	50						
12	Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego. *			szt	1000						
13	Linia do próbek gazu w kapnografie końcówka męska-męska długość 3m	długość 3m		szt	70						
14	OBWÓD ODDECHOWY DWURUROWY, KARBOWANY, DLA DOROSŁYCH			szt.	150						

	rozciągliwy - do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą i workiem. *									
15	Obwód oddechowy dwururowy karbowany, dla dorosłych, podwójnie obrotowe kolanko - do respiratora:*			szt.	40					
16	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. *			szt.	30					
17	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem *			szt.	40					
18	Zestaw do toalety jamy ustnej z chlorhexydyną.*			szt	100					
19	Zestaw do znieczulenia sterylny.*			szt	1000					
20	Sterylna serweta pod pośladki 89-91x117-119 cm opakowanie zawierające 30 szt. *			op	6					
21	Zestaw przeciw parowaniu optyki laparoskopowej			szt	50					
22	Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15mm do max.48mm *			szt	1800					
23	Czyściki jednorazowe do narzędzi ok. 5x5cm			szt.	600					
24	Sterylny marker do pisania po skórze pacjenta ze standardowa końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera, w komplecie z linijką z podziałką co 1 mm do 15 cm. Atrament -niedrażniący skóry fiolet krystaliczny. Opakowanie jednostkowe papier folia, sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa I s. Opakowanie zbiorcze 50szt.				100					
25	Jednorazowe worki do liczenia gazików, składające się z pięciu kieszonek z przegródką, umieszczonych jedna nad drugą. Tylna część worka wykonana z przeźroczystego lub niebieskiego polietylenu. Przednia część worka przeźroczysta ułatwiająca liczenie gazików i serwet laparotomijnych. Worki pakowane po 50 szt. w karton- dyspenser kompatybilny ze stojakiem - koszem 8-ośmio uchwytowym, pozwalającym na jednorazowe zawieszenie po min. dwa worki z każdej ze stron stojaka dającym dostęp jednocześnie do 40 szt. kieszonek na gaziki lub 20 kieszonek na serwety laparotomijne.				1000					
26	Stojak (koszyk z uchwytem na statyw do kroplówek) Mieści karton z zapasem torebek i jest zaopatrzony w 8 haczyków co umożliwia zawieszanie torebek z obu stron po dwie z każdej (miejsce na 40 gazików).				2					
27	Osłona na kończynę - stokinetka 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm				50					
Razem										
*** Poz.-1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 22 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.**										
Zadanie nr 7 – Jednorazowa bielizna operacyjna										

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny *			szt.	700					
2	Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej *			szt.	300					
3	Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych *			szt.	180					
4	Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych *			szt.	20					
Razem										
* Poz.- 1, 2, 3, 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.										
Zadanie nr 8 – Siatki przepuklinowe										
	Nazwa asortymentu	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze min. 41, max. 57g/m^2	6 x 11-13,7cm		szt.	60					
2	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze min. 41, max. 57g/m^2	10 x 15-16 cm		szt.	30					
3	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze min. 41, max. 57g/m^2	15 x 15 cm		szt.	10					
4	Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o wadze min. 41, max. 57g/m^2	30-30,5 x 30 - 30,5 cm		szt.	5					
Razem										
Zadanie nr 9 - Ładunki do staplerów i sprzęt różny										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 55mm przeznaczone do tkanki cienkiej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 3,5mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
2	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 55mm przeznaczone do tkanki grubej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 4,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	12					
3	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 90mm przeznaczone do tkanki grubej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 3,5mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					

4	Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez noża o dł. 90mm przeznaczone do tkanki grubej - wysokość otwartej tytanowej zszywki 4,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
5	Ładunek do staplera wielorazowego z nożem o dł. 50mm o wysokości otwartej tytanowej zszywki 3,8mm Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	6					
6	Ładunek do staplera wielorazowego z nożem o dł. 90mm o wysokości otwartej tytanowej zszywki 3,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy			szt.	12					
7	Narzędzie j.u wyposażone w system zamykania naczyń szczęki wygięte pod kątem 14 st., kompatybilny z generatorem LigaSure			szt.	12					
8	Kleszczyki j. u o dł. 18,8cm do zamykania i uszczelniania naczyń do 7mm włącznie, kompatybilny z generatorem LigaSure			szt.	12					
Razem										
Zadanie nr 10 - Ginekologiczne systemy operacyjne										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (*TOT System*). Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out.*			kpl.	40					
2	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). *	TAŚMA		szt.	40					
	2 sztuki igieł wielorazowego użytku, spiralne, ze stali chirurgicznej o średnicy 4mm nie połączone z taśmami do inplantacji przez otwory zapłonione *	IGŁY		kpl.	2					
Razem										
* Wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu z poz.1-2										
* Poz. 1, 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.										
Zadanie nr 11 -Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Opis**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Klipsy polimerowe naczyniowe niewchłanialne (II generacji) z zębami w kształcie stożka, kąt podcięcia zamykanej struktury tkankowej 44-46 zakres rozmiarów tkanki rozmiar L [(5 – 13 mm) (fioletowe)] opakowanie w zasobniki zawierające max. 4 klipsy (*kompatybilne z klipsownicą GRENA S/N 008*) opakowanie zawierające 18-22 zasobników			op.	15					
2	Ewakuator laparoskopowy 200ml/5cm			szt.	60					
3	Dzierżaw klipsownicy kompatybilnych z dostarczonymi klipsami z poz. nr 1- 1 szt			m-c/ szt.	12					
4	Dzierżaw klipsownicy kompatybilnych z dostarczonymi klipsami z poz. nr 1- 1 szt			m-c/ szt.	12					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Razem										
Zadanie nr 12 - Akcesoria do laparoskopu										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Dren kompatybilny z pompą SurgiFlow Olympus a 10 szt.		WA58901A	op.	18					
Razem										
Zadanie nr 13 - Wosk kostny										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Wosk kostny	op=10-12 sasz		op.	1					
Razem										
Zadanie nr 14 - Rurki krtaniowe										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Rurka krtaniowa LT-D .Rurka z PCV, bez latexu, posiadająca dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe, posiadający dodatkowy kanał do odsysania treści żołądkowej. Rozmiar 3-5. Wybór rozmiaru wg potrzeb zamawiającego	Rozmiar 3-5		szt.	10					
2	Strzykawka jednorazowego użytku do rurek krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok czarny, opakowanie jednostkowe 10 szt.	20ml		op	1					
3	Strzykawka jednorazowego użytku do rurek krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok czarny, opakowanie jednostkowe 10 szt.	60ml		op	1					
4	Strzykawka jednorazowego użytku do rurek krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok czarny, opakowanie jednostkowe 10 szt.	100ml		op	1					
Razem										
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego										

Zadanie nr 15 - Akcesoria do Histeroskopu										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Elektroda bipolarna jednorazowa tnąca, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12 st. Opakowanie 3 szt. *			op.	3					
2	Elektroda bipolarna jednorazowa wałeczkowa, pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12 st. Opakowanie 3 szt. *			op.	3					
Razem										
*** Zamawiający posiada Histeroskop diagnostyczno-operacyjny z ciągłym przepływem typu Grochmal, śr. 5 mm, kanał roboczy 5 Charr.,długość robocza 217 mm, optyka-kąt patrzenia 20 stopni.**										
Zadanie nr 16 - Akcesoria do Histeroskopu cz.2										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Płyta bierna jednorazowego użytku z systemem monitoringu przylegania REM samoprzylepna dzielona nie pokryta powłoka żelową kompatybilna z kablem wielokrotnego użytku firmy EMED ERBE x 50szt.			op	24					
Razem										
Zadanie nr 17 – Maski pełnotwarzowe										
Lp.	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Maska pełnotwarzowa przeznaczona do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej, wyposażona w poduszkę wypełnioną powietrzem, umożliwiająca szczelne przyleganie do twarzy	M-L		szt.	10					
Razem										
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego										
Zadanie nr 18 – Staplery okrężne										
Lp	**Nazwa asortymentu**	**Postać**	**Nr katalogowy**	**j.m.**	**Ilość**	**Cena Netto**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Wartość VAT**	**Wartość Brutto**
1	Jednorazowy, sterylny stapler okrężny, zakrzywiony 21, 25, 28 i 32 mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,0 mm. Dla średnicy 21 mm wysokość otwartej zszywki 4,2 mm, dla pozostałych średnic 5,0 mm. W przypadku średnicy 21 i 25mm główka staplera w kształcie pełnego stożka prostego z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem. Dla średnicy 28 i 32 mm wymagana również wersja prosta, krótka - maksymalna długość staplera 35cm.			szt.	9					
Razem										
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego										
Zadanie nr 19 Nici chirurgiczne										

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy	jed. miary	Długość igły	Krzywizna i rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki USP	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość VAT	Wartość brutto
1	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	16	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	5/0	50					
2	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	19	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	4/0	60					
3	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	24	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	4/0	50					
4	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	24-25	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	3/0	50					
5	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	24-25	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	2/0	20					
6	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	30	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	3/0	60					
7	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	30	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	2/0	50					
8	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 12 szt.		op	60	prosta odwrotnie tnąca	75	2/0	60					
9	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, jednowłóknowe opakowanie 10 szt.		op	30	3/8 koła odwrotnie tnąca	75	0	15					
10	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, polipropylen, jednowłóknowe opakowanie 12 szt.		op	26-27	1/2 koła okrągła	75	3/0	30					

11	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliester, powlekany silikonen, plecionka opakowanie 12 szt.		op	26-27	1/2 koła okrągła	75	2/0	15					
12	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2x 12-13	1/2 koła okrągła	75	5/0	2					
13	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2x 12-13	1/2 koła okrągła	75	6/0	2					
14	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2x 12-13	3/8 koła okrągła	75	7/0	2					
15	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen, monofilamentowe, niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2*16	1/2 koła okrągła	75-90	4/0	2					
16	szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.		op	2*16	1/2 koła okrągła	75-90	3/0	7					
17	szwy chirurgiczne, wchłanialne(60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach,50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	20	1/2 koła okrągła	75	4/0	45					
18	szwy chirurgiczne,wchłanialne(60-90 dni),syntetyczne,plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem,jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach,50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	26	1/2 koła okrągła	75	3/0	37					
19	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	26	1/2 koła okrągła	75	2/0	60					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

20	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	2/0	65					
21	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	30	1/2 koła okrągła	75	0	30					
22	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	0	60					
23	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	1	50					
24	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	30	1/2 koła okrągła	75	1	40					

25	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	40	1/2 koła okrągła	75	2	120					
26	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	48	1/2 koła okrągła	90	2	100					
27	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	65	1/2 koła okrągła	90	2	10					
28	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	3/0	30					
29	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	2/0	50					
30	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	0	30					
31	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	1	10					

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

32	szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne, plecionka powlekana stearynianem wapnia i polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego, podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.		op	bez igły		3X45	2	10					
33	szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	20	1/2 koła okrągła	70	4/0	10					
34	szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	17	1/2 koła okrągła	70-90	5/0	2					
35	szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	20	1/2 koła okrągła	70	3/0	10					
36	szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni),syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu, podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	26	1/2 koła okrągła	70	2/0	20					
37	szwy chirurgiczne wchlanialne(180-210 dni),syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	50	1/2 koła okrągła	150cm pętla	1	4					
38	szwy chirurgiczne wchlanialne(180-210 dni),syntetyczne jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach opakowanie 12 szt.		op	48	1/2 koła okrągła	150cm pętla	0	3					

Razem											X		
Zadanie nr 20 Szwy i taśmy chirurgiczne													
Lp	**Opis przedmiotu zamówienia**	**Numer katalogowy**	**jed. miary**	**Długość igły**	**Krzywizna i rodzaj igły**	**Długość nitki**	**Grubość nitki USP**	**Ilość**	**Cena netto**	**Wartość netto**	**Stawka Vat**	**Wartość VAT**	**Wartość brutto**
1	szwy chirurgiczne wchłanialne (60-90 dni) , plecione z kwasu poliglikolowego,powlekane poliglikolem, podtrymywanie tkankowe: 50%-18 dni po zaimplantowaniu typu Novosyn		op	60	1/2 koła okrągła	150cm pętla	1	10					
2	szew chirurgiczny niewchłanialny, skręcany ze stalinierdzewnej, odbarczający, powlekany polietylenem, z 2 płytkamipolietylenowymi o wymiarach 100mmx30mmx8mm, średnica nici 1,3mm		op	100mm	3/8 koła odwotnie tnąca podwójna	90		1					
3	wchłanialna taśma z kwasu poliglikolowego do szycia i tamowania krwawień z narządów miąższowych, czas wchłaniania 60-90 dni		op	65	1/2 koła okrągła tępa	60cm	taśma 3mm	2					
4	Szwy chirurgicznego leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy, niewchłaniane poliesterowe plecione niepowlekane do zakładania szwu kapciuchowego techniką Mc. Donalds		op	75	6	2x48	½ koła okrągła przyostrzona podwójna o zakończeniu trokarowym	2					
Razem											**X**		

Miejscowość: …….. dn.: ……..

……

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74
e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Było:

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/25/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT DLA BLOKU I OAIIT

Zadanie nr 1

Poz. 5

Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia , sterylna.

Poz. 12

Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, utrzymania w pacjencie do 29 dni, w rozmiarze 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.

Poz. 17

Zestaw pozwalający na szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych umożliwiające samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację Zawiera: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml Igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal®, opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent® T.
Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą – chroni przed uszkodzeniem tchawicy.
Rurka tracheostomijna o średnicy 6 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm – umożliwia bezpieczną i długą wentylację.
Niewielkie, trwałe, poręczne, sterylne opakowanie typu blister, zawiera graficzną instrukcję użycia

Zadanie nr 2

Poz. 2

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw zawiera: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający zakończony „J", zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5 ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany w podwójną tackę.

Poz. 3

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw zawiera: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający zakończony „J", zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5 ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany w podwójną tackę.

Poz. 4

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, wykonany z poliuretanu impregnowane macierzą hydrofilną z powłoką bakteriobójczą BZC /benzoalkonium chloride/, wprowadzany do światła naczynia metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową 5 ml, drut wprowadzający zakończony „J", aparat wprowadzający typu Vena Guide, zaciski zamykające światło. Zestaw pakowany w podwójną tackę.

Poz. 5

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, wykonany z poliuretanu impregnowane macierzą hydrofilną z powłoką bakteriobójczą BZC /benzoalkonium chloride/, wprowadzany do światła naczynia metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową 5 ml, drut wprowadzający zakończony „J", aparat wprowadzający typu Vena Guide, zaciski zamykające światło. Zestaw pakowany w podwójną tackę.

Poz. 6

Zestaw do kaniulacji żył centralnych z pięcioświatłowym cewnikiem antybakteryjnym 9,5/20 cm. Zestaw zawiera: pięcioświatłowy cewnik antybakteryjny rozmiar 9,5/20 cm, wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klamerkami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadnice z końcówką „J" ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzającą; ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładka unieruchamiającą; strzykawkę; skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne

Poz. 7
Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym, przepłukiwanie poprzez użycie skrzydełek i zawór gumowy aktywizujący system płuczący, kranik trójdrożny wyposażony w nie zdejmowany koreczek umożliwiający kalibrację bez rozszczelniania systemu. Zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzeniu systemu. Połączenie z kablem interferencyjnym preferowane – pionowe. Zakres częstotliwości własnej przetwornika >1200 Hz
Poz. 8
Rampa dwudrożna z 2 x kranikami odcinający oraz 3 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz optyczny identyfikator pozycji otwarty /zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.
Poz.9
Rampa czterodrożna z 4 x kranikami odcinający oraz 5 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.
Zadanie nr 6
Poz. 1
System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki 1000 -1500 ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml. Czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.
Poz. 3
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5 - cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35 ml/100cm^2, - gramatura podstawowa: 295 g/m^2 - wymiary: min. 95-105 x 220-230 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 48-54 x 127-133 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu - odprowadzanie wilgoci min. 45 mm - w czasie 60 s, (1 op. = 19-21 sztuk).
Poz.4
Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (min. 3l/m²) rozmiar 71-72 x101 – 102 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię.
Poz. 7
Sterylne, jednorazowe żółte/pomarańczowe pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.
Poz.8
Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej min. 35 ml, oporach przepływu min. 3,6 cm H_2O przy przepływie - 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga do 27 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, stosowany do 24 godzin.
Poz. 9
Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa min. 35 ml, opory przepływu min. 0,7 cm H_2O przy przepływie - 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120 -1000 ml, waga do 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.
Poz.10
Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, z portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania min. 28,5 mg H_2O przy - Vt 500 ml, utrata wilgotności 9-11 mg H_2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa max. 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H_2O przy przepływie - 60 l/min, waga do 9 g. Sterylny.
Poz. 12
Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 14 – 16 cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr. max. 4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22 F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.
Poz. 14

Obwód oddechowy dwururowy, karbowany, dla dorosłych rozciągliwy - do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą i workiem Obwód oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwe do min.1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura wykonana z polipropylenu rozciągliwa do min. 1,5 m, bezlateksowy worek min. 2 L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Poz. 15

Obwód oddechowy dwururowy karbowany, dla dorosłych, podwójnie obrotowe kolanko - do respiratora:Obwód oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury długości min. 1,5 m wykonane z PE, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji producenta dołączonej do opakowania jednostkowego.

Poz. 16

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 2 zaciskami, objętość wypełnienia 1,6 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Poz. 17

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 3 zaciskami , objętość wypełnienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku , na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Poz. 19

Zestaw do znieczulenia sterylny.
Skład zestawu:
1 x Serweta z bilaminatu 45-50x70-75 cm
1 x Serweta z bilaminatu 35-40x45-50 cm z przylepnym otworem ø7cm
10 x Kompres gazowy 7,5x7,5 cm (min. 8W, 17N)
1 x Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie
Opakowanie jednostkowe – taca ze sztywnego blistra 15 x 20 cm, zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta.

Poz. 20

Sterylna serweta pod pośladki 89-91 x117-119 cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 19-21 cm wykonana z niebieskiej/zielona folii PE i poliestrowo – wiskozowego, wysokochłonnego wzmocnienia min. 40 x 40 cm w części podpośladkowej. Zintegrowana z serwetą torba na płyny zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.
Opakowanie zbiorcze: 25-30 szt.

Poz. 22

Uniwersalna osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej w zakresie 15 – 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej.

Zadanie nr 7

Poz.1

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze minimalnej 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600 % (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%). Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O,
Skład zestawu :

● Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona teleskopowo w kolorze czerwonym o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2– 1 szt.
● Górna samoprzylepna serweta o min. wymiarach 150 x 240 cm, wzmocniona na powierzchni min. wymiarach 50 x75 cm – 1 szt.
● Dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175 x 200 cm, wzmocniona na powierzchni min. wymiarach 50 x 75 cm - 1 szt.
● Boczne serwety samoprzylepne o min. wymiarach 75 x 90 cm wzmocnione na powierzchni min. 45 x 60 cm - 2 szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m^2 (włóknina+klej) i min. wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe min. wymiary 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 4 szt.
● Dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o min. wym. 30 x 40 cm, grubość folii min. 0,08 mm – 1 szt,
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75 x 190 cm
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim ,nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Poz. 2

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O
Skład:
● Osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2 – 1 szt.
● Serweta główna o min. wymiarach 250 x 300cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym (360°) torbą do zbiórki płynów o min. wymiarach 80x80cm z dwoma zaworami i kształtownikiem (kształtownik wykonany z gąbki owinięty szczelnie folią) - 1 szt.
● Owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wymiarach 90 x 100 cm – 1 szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 150g/m^2 (włóknina+klej) i min. wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe o min. wymiarach 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 2 szt.
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75x190cm,
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (*dwa samoprzylepne elementy*) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Poz. 3

Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O, Skład:
● Serweta główna o min. wymiarach 290 x 312 cm ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczowej otwór przylepny 9x12cm, pod otworem worek z sitem i zaworem do odprowadzania płynów - 1 szt.
● Serweta pod pośladki min. 75x90cm - 1szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 150g/m^2 (włóknina+klej) i min. wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe o min. wymiarach 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 2 szt.
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75x190cm
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Poz. 4

Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze mini 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600% (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%) odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O.
Skład:
● Osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2 – 1 szt.
● Serweta główna o min. wymiarach 260 x 230 cm ze zintegrowanymi nogawicami i 3 uchwytami do mocowania kabli i drenów, w części kroczowej otwór nieprzylepny 7-9 x 11-13 cm przykryty klapką, wokół otworu wzmocnienie o wymiarach min. wymiarach 50 x 84 cm, w części brzusznej otwór przylepny 18-20 x 29-30 cm wokół otworu wzmocnienie o min. wymiarach 60 x 120 cm.

● Ręczniki celulozowe o min. wymiarach 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 2 szt.
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości minimum 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75 x 190cm.
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zadanie nr 10
Poz. 1
System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m^2
Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out ."
Poz. 2
System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość -1,1 - 1,3 cm, grubość – 0,33 - 0,40 mm, gramatura – 4 8- 62g/m^2, wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm wykonane w technologii quadrical (geometria romboidalna obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) końce zaopatrzone w podwójne pętelki.

Zmienia się na:

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/25/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT DLA BLOKU I OAIIT

Zadanie nr 1
Poz. 5
Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia , sterylna.
Poz. 12
Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, utrzymania w pacjencie do 29 dni, w rozmiarze 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.
Poz. 17
Zestaw pozwalający na szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych umożliwiające samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację Zawiera: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml Igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal®, opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent® T.
Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą – chroni przed uszkodzeniem tchawicy.
Rurka tracheostomijna o średnicy 6 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm – umożliwia bezpieczną i długą wentylację.
Niewielkie, trwałe, poręczne, sterylne opakowanie typu blister, zawiera graficzną instrukcję użycia
Zadanie nr 2
Poz. 2
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw zawiera: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający zakończony „J", zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5 ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany w podwójną tackę.

Poz. 3
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw zawiera: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający zakończony „J", zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5 ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany w podwójną tackę.
Poz. 4
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, wykonany z poliuretanu impregnowane macierzą hydrofilną z powłoką bakteriobójczą BZC /benzoalkonium chloride/, wprowadzany do światła naczynia metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową 5 ml, drut wprowadzający zakończony „J", aparat wprowadzający typu Vena Guide, zaciski zamykające światło. Zestaw pakowany w podwójną tackę.
Poz. 5
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, wykonany z poliuretanu impregnowane macierzą hydrofilną z powłoką bakteriobójczą BZC /benzoalkonium chloride/, wprowadzany do światła naczynia metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową 5 ml, drut wprowadzający zakończony „J", aparat wprowadzający typu Vena Guide, zaciski zamykające światło. Zestaw pakowany w podwójną tackę.
Poz. 6
Zestaw do kaniulacji żył centralnych z pięcioświatłowym cewnikiem antybakteryjnym 9,5/20 cm. Zestaw zawiera: pięcioświatłowy cewnik antybakteryjny rozmiar 9,5/20 cm, wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klamerkami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadnice z końcówką „J" ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzającą; ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładka unieruchamiającą; strzykawkę; skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne
Poz. 7
Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym, przepłukiwanie poprzez użycie skrzydełek i zawór gumowy aktywizujący system płuczący, kranik trójdrożny wyposażony w nie zdejmowany koreczek umożliwiający kalibrację bez rozszczelniania systemu. Zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzeniu systemu. Połączenie z kablem interferencyjnym preferowane – pionowe. Zakres częstotliwości własnej przetwornika >1200 Hz
Poz. 8
Rampa dwudrożna z 2 x kranikami odcinający oraz 3 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz optyczny identyfikator pozycji otwarty /zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.
Poz.9
Rampa czterodrożna z 4 x kranikami odcinający oraz 5 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.
Zadanie nr 6
Poz. 1
System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki 1000 -1500 ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml. Czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.
Poz. 3
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5 - cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35 ml/100cm^2, - gramatura podstawowa: 295 g/m^2 - wymiary: min. 95-105 x 220-230 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 48-54 x 127-133 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu - odprowadzanie wilgoci min. 45 mm - w czasie 60 s, (1 op. = 19-21 sztuk).
Poz.4
Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (min. 3l/m^2) rozmiar 71-72 x101 – 102 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię.
Poz. 7
Sterylne, jednorazowe żółte/pomarańczowe pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.
Poz.8

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74
e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej min. 35 ml, oporach przepływu min. 3,6 cm H_2O przy przepływie - 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga do 27 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, stosowany do 24 godzin.

Poz. 9

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa min. 35 ml, opory przepływu min. 0,7 cm H_2O przy przepływie - 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120 -1000 ml, waga do 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Poz.10

Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, z portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania min. 28,5 mg H_2O przy - Vt 500 ml, utrata wilgotności 9-11 mg H_2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa max. 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H_2O przy przepływie - 60 l/min, waga do 9 g. Sterylny.

Poz. 12

Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 14 – 16 cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr. max. 4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22 F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.

Poz. 14

Obwód oddechowy dwururowy, karbowany, dla dorosłych rozciągliwy - do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą i workiem Obwód oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwe do min.1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura wykonana z polipropylenu rozciągliwa do min. 1,5 m, bezlateksowy worek min. 2 L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Poz. 15

Obwód oddechowy dwururowy karbowany, dla dorosłych, podwójnie obrotowe kolanko - do respiratora:Obwód oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury długości min. 1,5 m wykonane z PE, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji producenta dołączonej do opakowania jednostkowego.

Poz. 16

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 2 zaciskami, objętość wypełnienia pomiędzy 0,8 - 1,6 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem pomiędzy 160 - 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Poz. 17

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 3 zaciskami , objętość wypełnienia pomiędzy 1,3 - 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem pomiędzy 160 - 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku , na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Poz. 19

Zestaw do znieczulenia sterylny.
Skład zestawu:
1 x Serweta z bilaminatu 45-50x70-75 cm
1 x Serweta z bilaminatu 35-40x45-50 cm z przylepnym otworem ø7cm
10 x Kompres gazowy 7,5x7,5 cm (min. 8W, 17N)

1 x Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie
Opakowanie jednostkowe – taca ze sztywnego blistra 15 x 20 cm, zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta.

Poz. 20

Sterylna serweta pod pośladki 89-91 x117-119 cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 19-21 cm wykonana z niebieskiej/zielona folii PE i poliestrowo – wiskozowego, wysokochłonnego wzmocnienia min. 40 x 40 cm w części podpośladkowej. Zintegrowana z serwetą torba na płyny zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.
Opakowanie zbiorcze: 25-30 szt.

Poz. 22

Uniwersalna osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej w zakresie 15 – 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej.

Zadanie nr 7

Poz.1

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze minimalnej 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600 % (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%). Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O,
Skład zestawu :

- Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona teleskopowo o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2– 1 szt.
- Górna samoprzylepna serweta o min. wymiarach 150 x 240 cm, wzmocniona na powierzchni min. wymiarach 50 x75 cm – 1 szt.
- Dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175 x 200 cm, wzmocniona na powierzchni min. wymiarach 50 x 75 cm - 1 szt.
- Boczne serwety samoprzylepne o min. wymiarach 75 x 90 cm wzmocnione na powierzchni min. 45 x 60 cm - 2 szt.
- Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m^2 (włóknina+klej) i min. wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
- Ręczniki celulozowe min. wymiary 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 4 szt.
- Dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o min. wym. 30 x 40 cm, grubość folii min. 0,08 mm – 1 szt,
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75 x 190 cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim ,nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające dane dane producenta lub dystrybutora (podmiotu odpowiedzialnego), numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Poz. 2

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O
Skład:

- Osłona na stolik Mayo w formie worka o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2 – 1 szt.
- Serweta główna o min. wymiarach 250 x 300cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym (360°) torbą do zbiórki płynów o min. wymiarach 80x80cm z dwoma zaworami i kształtownikiem (kształtownik wykonany z gąbki owinięty szczelnie folią) - 1 szt.
- Owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wymiarach 90 x 100 cm – 1 szt.
- Taśma samoprzylepna z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 150g/m^2 (włóknina+klej) i min. wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
- Ręczniki celulozowe o min. wymiarach 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 2 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75x190cm,
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (*dwa samoprzylepne elementy*) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające dane producenta lub dystrybutora (podmiotu odpowiedzialnego), numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Poz. 3

Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O, Skład:

- Osłona na stolik Mayo w formie worka o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2 – 1 szt.

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74
e-mail: *tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl*
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

- Serweta główna o min. wymiarach 290 x 312 cm ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczowej otwór przylepny 9x12cm, pod otworem worek z sitem i zaworem do odprowadzania płynów - 1 szt.
- Serweta pod pośladki min. 75x90cm - 1szt.
- Taśma samoprzylepna z włókniny typu *Spunlace* o gramaturze min. 150g/m^2 (*włóknina+klej*) i min. wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.
- Ręcznik celulozowy o min. wymiarach 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 1 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75x190cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające dane producenta lub dystrybutora (podmiotu odpowiedzialnego), numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Poz. 4

Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze mini 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600% (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%) odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H_2O.

Skład:

- Osłona na stolik Mayo w formie worka o min. wymiarach 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m^2 – 1 szt.
- Serweta główna o min. wymiarach 260 x 230 cm ze zintegrowanymi nogawicami i 3 uchwytami do mocowania kabli i drenów, w części kroczowej otwór nieprzylepny 7-9 x 11-13 cm przykryty klapką, wokół otworu wzmocnienie o wymiarach min. wymiarach 50 x 84 cm, w części brzusznej otwór przylepny 18-20 x 29-30 cm wokół otworu wzmocnienie o min. wymiarach 60 x 120 cm.
- Ręczniki celulozowe o min. wymiarach 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m^2 – 2 szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140 x 190 cm z folii polietylenowej o grubości minimum 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m^2 na min. powierzchni 75 x 190cm.
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier" posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające dane producenta lub dystrybutora (podmiotu odpowiedzialnego), numer referencyjny, numer serii i datę ważności
- Na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
- Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zadanie nr 10

Poz. 1

System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m^2

Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out ."

Poz. 2

System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość -1,1 - 1,3 cm, grubość – 0,33 - 0,40 mm, gramatura – 4 8- 62g/m^2, wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm wykonane w technologii quadrical (geometria romboidalna obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) końce zaopatrzone w podwójne pętelki.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
dr Elżbieta Kasprzak