

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 15/07/2016 r.

Znak sprawy: ZP/04.2/2016

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)


DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.*) zawiadamia się, że w dniu **15-07-2016 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

Załącznik nr 1 do SIWZ (pakiet nr 2):

Pakiet nr 2 – Czujniki do pulsoksymetrów											
Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Opaska mocująca do czujnika typu Y dla noworodka j.u. zapinana na rzep z otworami do regulacji szerokości zapięcia, wyściółka: gąbka i elastyczny materiał			szt.	24						
2	Czujnik jednorazowy , nie zawierający lateksu, samoprzylepny, opaska mocująca o dł.min.8cm dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg, kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor N-395, wtyczka z 7 bolcami			szt.	24						
3	Czujnik jednorazowy , opaska mocująca o dł. Min 8cm nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg , kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor N-395, wtyczka z 7 bolcami			szt.	24						
Razem											

Pakiet nr 2 – Czujniki do pulsoksymetrów											
Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Opaska mocująca do czujnika typu Y dla noworodka j.u. zapinana na rzep z otworami do regulacji szerokości zapięcia, wyściółka: gąbka i elastyczny materiał*			szt.	24						
	Opaska mocująca do czujnika typu Y dla noworodka j.u. zapinana na rzep z otworami do regulacji szerokości zapięcia, wyściółka: gąbka i elastyczny materiał (op. A 12 szt)*			op	2						
*wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu											
2	Czujnik jednorazowy , nie zawierający lateksu, samoprzylepny, opaska mocująca o dł.min.8cm dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg, kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor N-395, wtyczka z 7 bolcami *			szt.	24						
	Czujnik jednorazowy , nie zawierający lateksu, samoprzylepny, opaska mocująca o dł.min.8cm dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 30 kg, kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor N-395, wtyczka z 7 bolcami *										
*wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu											



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670

NIP 855-158-34-67

NORDEA BANK POLSKA S.A.

58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

**ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście**

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345

fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl

tel.: 91-32-67-365

3	Czujnik jednorazowy , opaska mocująca o dł. Min 6,4 cm nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg , kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor N-395, wtyczka z 7 bolcami *			szt.	24						
	Czujnik jednorazowy , opaska mocująca o dł. Min 8cm nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 1 kg do 15 kg , kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor N-395, wtyczka z 7 bolcami *										
*wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu											
Razem											

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA