



Świnoujście dn.: 31.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP/10/2020
Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(ppiechocinskai@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI
NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego
im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły od Wykonawców w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie nr 1

dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych o objętości 1650 ml i drenie tlenowym o długości 2,1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych o objętości minimum 1400 ml, zatem również 1650 ml i drenie tlenowym o długości 2,0 m – 3,0 m. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące Pakietu nr 6

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac na łóżko szpitalne z pianki z pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m³?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac na łóżko szpitalne z pianki z pianki poliuretanowej o gęstości 35 kg/m³?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o gęstości 30 -35 kg/m³. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac na łóżko szpitalne do profilaktyki i leczenia osób z odleżynami I i II stopnia, składający się z dwóch warstw pianki:

- górna warstwa posiadająca unikalny trzy strefowy profil (głowa – tułów – nogi), wykonana w części głowy i nóg z pianki viskoelastycznej 50 kg/m³ o wysokości 5 cm dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta pod wpływem temperatury, ułatwiającej krążenie krwi i zapewniającej komfort pacjentowi, w części tułowia wykonana ze wzmocnionej pianki viskoelastycznej 85 kg/m³ o wysokości 5 cm, która zapewnia odpowiednie podparcie dla ciała pacjenta
- dolna warstwa wykonana z pianki poliuretanowej HR 40 kg/m³ o wysokości 10 cm, która dzięki wysokiej porowatości umożliwia maksymalną cyrkulację powietrza wewnątrz rdzenia materaca, stabilizuje materac oraz zmniejsza nacisk podłoża na ciało użytkownika?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o wskazanych parametrach. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakiej szerokości materaca na łóżko szpitalne do profilaktyki i leczenia osób z odleżynami oczekuje? 80 cm, 85 cm, 90 cm, 105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje szerokość materaca: 85-90 cm. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakiej długości materaca na łóżko szpitalne do profilaktyki i leczenia osób z odleżynami oczekuje? 180 cm, 190 cm, 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje długość materaca: 190-200 cm. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące Pakietu nr 7

Pytanie nr 8



Pakiet nr 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac powietrzny przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV) oraz pompą zasilającą, wyposażoną w funkcję regulacji ciśnienia w materacu; wymiary po napompowaniu 200x90x20; materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, z ruchomą ramą łóżka; materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła; regulacja ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia); pompa wyposażona w zaczepy celem zawieszenia na łóżku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac powietrzny przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV) oraz pompą zasilającą, wyposażoną w funkcję regulacji ciśnienia w materacu; wymiary po napompowaniu 190,5x89x18 (materac czterostrefowy o wysokości komór od 8,9 cm do 12,7 cm) dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka; regulacja ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia); materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, z ruchomą ramą łóżka, materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła; pompa wyposażona w zaczepy celem zawieszenia na łóżku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 8

Poz. 1

Prosimy o przenośnika taśmowo-rolkowego wykonanego z ramy aluminiowej ramy, pokrytej zmywalnym materiałem łatwym do utrzymania w czystości i dezynfekcji, obciążenie 160 kg, wymiary 760 x 360 mm

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ, w ten sposób, że: „Przenośnik taśmowo-rolkowy wykonany z duraluminiowej ramy pokrytej zmywalnym materiałem łatwym do utrzymania w czystości i dezynfekcji, obciążenie 130-160 kg, wymiary 750mm-1200mm x 350mm-600mm.”

Pytania dotyczące Pakietu nr 10

Pytanie nr 11

Pakiet 10

Poz. 1, 2, 3,

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych, wykonanych z medycznego żelu silikonowego, pokrytych poliuretanem, rozkładających ciężar ciała i obniżających nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniących przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelnych, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przeziernych dla promieni RTG, nieprzewodzących ładunków elektrycznych, wolnych od lateksu,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 10

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod piętę, w kształcie prostopadłościanu z zagłębieniem, o wymiarach: 180 x 100 x 70 mm

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 4 szt. pozycjonerów, czy 4 par (pozycjonery pod pięty są sprzedawane w parach)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje 4 sztuk pozycjonerów.

Pytanie nr 13

Pakiet 10

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod rękę, o wymiarach: 365 x 115 x 10 mm, jak na rysunku poniżej



Lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod głowę dla noworodków w kształcie krążka z wgłębieniem, o wymiarach: 90 x 20 mm, które można wykorzystać jako podkładki pod łokieć.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 10

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod piętę, o wymiarach: 180 x 100 x 70 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet 10

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod kość krzyżową i pośladki, dla osoby dorosłej, o wymiarach: 520 x 520 x 10 mm

lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych, wykonanych z dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokrytych poliuretanem, rozkładających ciężar ciała i obniżających nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniących przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelnych, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przeziernych dla promieni RTG, nieprzewodzących ładunków elektrycznych, wolnych od lateksu.

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod kość krzyżową i pośladki, dla osoby dorosłej, o wymiarach: 450 x 445 x 30 mm lub 400 x 380 x 25 mm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące Pakietu nr 13

Pytanie nr 16

- 1) Czy w zadaniu nr 13 Zamawiający dopuści do zaoferowania laryngoskop z łyżkami ze zintegrowanym światłowodem? Postawiony przez Zamawiającego wymóg o „możliwości zdejmowania torów światłowodowych” dotyczy zwykle łyżek laryngoskopowych o niskiej jakości, w których dla wydłużenia ich żywotności stosuje się rozwiązanie z demontowalnym torem światłowodowym. Oferowane przez naszą firmę łyżki są najwyższej jakości, na które producent udziela 5-letniej gwarancji, z gwarancją jasności na poziomie 1000 lux po 4 tys. standardowych cykli sterylizacyjnych. Światłowody zintegrowane z naszymi łyżkami nie wymagają czyszczenia ich powierzchni na wejściu i wyjściu światła.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek w rozmiarze 4,3,2 ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek zgodnie z SIWZ, w tym we wskazanych rozmiarach. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 13

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści rękojeść wyposażoną w diodę 3V?



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga rękojeści standardowej ze światłem o mocy diody 2,5 V- 3V.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 13

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łatwe w czyszczeniu łyżki z wbudowanym na stałe torem światłowodów, wytrzymującym 4000 cykli sterylizacyjnych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 13 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek w rozmiarze 0,1,2 ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek zgodnie z SIWZ, w tym we wskazanych rozmiarach. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 13

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści rękojeść wyposażoną w diodę 3V?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga rękojeści standardowej ze światłem o mocy diody 2,5 V- 3V.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 13

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści łatwe w czyszczeniu łyżki z wbudowanym na stałe torem światłowodów, wytrzymującym 4000 cykli sterylizacyjnych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 13

Czy w pozycji 2 Zamawiający wymaga łyżek prostych czy zagiętych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łyżki zagięte. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.



Pytanie nr 24

Pakiet 16

Poz. 4 i 5

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiotem zamówienia jest kabel i szczypce czy sam kabel kompatybilny z wyspecyfikowanymi szczypcami?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia są kabel i szczypce.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 18 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora siateczkowego o następujących parametrach :

- Profesjonalny zestaw do nebulizacji do podawania leków w formie aerozolu
- Pojemność membrany wielorazowego użytku 10 ml
- Wielkość cząsteczki - średnio 3.2 µm MMAD
- Unikalna konstrukcja generatora aerozolu nie podgrzewa i nie powoduje degradacji leku
- Możliwość nebulizacji wszystkich leków ciekłych dopuszczonych posiadających rejestrację w nebulizacji
- Nebulizator generuje aerozol bezdźwiękowo
- Pracuje ze wszystkimi standardowymi układami pacjenta oraz respiratorami występującymi na rynku
- Możliwość zasilania sieciowego jak również z wbudowanej baterii
- Nie dodaje dodatkowego przepływu w obwodzie
- Mała objętość szczątkowa (średnio 0,1 ml) minimalizuje straty leku
- W zestawie złącze typu T dla dorosłych wielorazowego użytku 1 szt, membrana Pro 1 szt , zasilacz sieciowy 1 szt i uchwyt mocujący 1 szt

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące Pakietu nr 23

Pytanie nr 26

Pakiet 23

Poz. 1 – pas na nadgarstki i kostki

Prosimy wydzielanie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 23

Poz. 1 – pas na nadgarstki

Prosimy o dopuszczenie pasa ograniczającego ruchy pacjenta, na nadgarstki, z kluczem magnetycznym, rozmiar L (długość 19-25 cm, szerokość 8 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 23



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Poz. – pas na kostki

Prosimy o dopuszczenie pasa ograniczającego ruchy pacjenta, na kostki, z rzepem, zapinany przy pomocy kluczy magnetycznych rozmiar L (dł. 24-28 cm, szer. 7,5-9 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 23

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pasa, zabezpieczającego pacjenta na stole operacyjnym - podnóże, zapinany na rzep, o wymiarach: 505 x 85 x 8 mm lub 315 x 45 x 10 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 23

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pasa brzuszego, zabezpieczającego pacjenta na stole operacyjnym, zapinanego na rzep, o wymiarach: 505 x 85 x 8 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 23

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pasa nadgarstkowego, zabezpieczającego pacjenta na stole operacyjnym, zapinanego na rzep, o wymiarach: 315 x 45 x 10 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej wykonany ze stali lakierowanej proszkowo; wyposażony w opuszczane chromowane barierki boczne, chowane pod ramę leżą gwarantujące brak przerw transferowych; hydrauliczna regulacja wysokości leżą dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej; elementy odbojowe na końcach wózka (od strony głowy oraz od strony nóg) zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi; materac piankowy, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych; wózek wyposażony w 4 koła oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe, ułatwiające stabilizację toru jazdy na wprost, centralny system hamulcowy; wymiary długość 2170mm(+/-10mm), Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790mm±10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opcjonalnie by wózek do transportu pacjenta wyposażony był dodatkowo w piąte koło kierunkowe, ułatwiające stabilizację toru jazdy na wprost; centralny



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

system hamulcowy; by szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami wynosiła 790mm+-10mm.

Pytanie nr 33

Pakiet 30

Poz. 1, 2

Prosimy o podanie, czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora, czy do kabla przedłużającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by czujnik wpinany był bezpośrednio do monitora.

Pytanie nr 34

Pakiet 30

Poz. 1, 2

Prosimy o podanie w jakiej technologii ma pracować czujnik

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by czujnik pracował w technologii:

- w pozycji nr 1 - Nelcor, nie Oxymax;

- w pozycji nr 2 – Masimo Set.

Pytania dotyczące Pakietu nr 31

Pytanie nr 35

Pakiet nr 31

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 140 lub 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie nożyczek od ł. 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

Lp.19 Prosimy o dopuszczenie miniekstraktora o dł. 180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Pytanie nr 39

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Adson-Baby, dł. bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie noża bez nazwy własnej Litson lub prosimy o dopuszczenie noża Liston o dł. cięcia 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Lp.23 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o szer. 5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o szer. 6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Lp.26 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Lp.27 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki i dł. 310 mm i szer. 5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45

Lp.28 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki i dł. 310 mm i fig.1 szer. 7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46

Lp.34 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 240 mm.

Odpowiedź:



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Lp.35 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 320 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48

Lp.37 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Iris o dł. 115 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Lp.38 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Iris z ostrzami utwardzanymi węglikiem spiekany, dł. ostrzy 25 mm, dł. całkowita 115 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Lp.41 Prosimy dopuszczenie nożyczek o dł. 230 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

Lp.43 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Fox. Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiający wymaga nożyczek prostych czy zagiętych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga nożyczek prostych.

Pytanie nr 52

Lp.46 Prosimy o dopuszczenie pesety bez twardej wkładki o dł. 180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53

Lp.47 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 115 mm, zagiętych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga kleszczyków prostych.

Pytanie nr 54



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Lp.48 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Jacobson o dł. 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55

Lp.49 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Jacobson.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56

Lp.53 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 140 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Lp.54 Prosimy o dopuszczenie imadła Wright (Derf) o dł. 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Lp.55 Prosimy o dopuszczenie imadła Wright (Derf) o dł. 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59

Lp.56 Prosimy o dopuszczenie imadła Neivert o dł. 125 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60

Lp.57 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o dł. 170 mm i szer. 3,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61

Lp.58 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o dł. 170 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Lp.59 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o dł. 210 mm i szer. 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63

Lp.60 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o fig. 00 i szer. 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64

Lp.62 Prosimy o opuszczenie pęsety o dł. 115 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65

Lp.64 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 120 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66

Lp.65 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67

Lp.66 Prosimy o dopuszczenie uchwytu skalpela wyskalowanego tylko w cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68

Lp.67 Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69

Lp.68 Prosimy o dopuszczenie raspatora Williger o szer. 5 mm i dł. 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota Konkolewska