



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

**ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście**

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 20/07/2016 r.

Znak sprawy: ZP/07.1/2016

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.**
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:
Dostawa podnośnika jezdnego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie regulacji rozstawy podstawy w zakresie 63-118 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie czy regulacja podstawy ma się odbywać mechanicznie czy elektrycznie – parametr ten w istotny sposób wpływa na cenę podnośnika.

Odpowiedź:

Mechanicznie.

Pytanie 3:

Prosimy o odstąpienie od stałego sygnału dźwiękowego, ostrzegawczego informującego o 50 % poziomie zużycia akumulatora na rzecz czytelnego wskaźnika naładowania baterii oraz alarmu niskiego poziomu, poniżej 25%

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o dopuszczenie tolerancji w rozmiarach siedziska $\pm 5\%$

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
mgr Dorota KONKOLEWSKA*