



Świnoujście, 27.11.2020 r.

ZP/17/2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:**

**Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku dla Szpitala
Miejskiego Im. Jana Garduły W Świnoujściu Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu**

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje odpowiedzi na pytania Wykonawców :

Dotyczy pakietu 2 i 30

Wnosimy o stosowną zmianę zapisu w § 4 „... Wykonawca dodatkowo udziela gwarancji na przedmiot dostawy przez okres miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ (minimum 24 m-ce)” ,w postaci zmiany przedziału proponowanej rękojmi na czas udzielonej gwarancji przez producenta. Producent nie udzieli gwarancji 24-miesięcy na akcesoria do sprzętu medycznego. Producent udziela na produkty medyczne 12 m-cy na głowice i 6 m-cy na kable.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 30 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje samych odprowadzeń ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 10

Poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych, wykonanych z medycznego żelu silikonowego, pokrytych poliuretanem, rozkładających ciężar ciała i obniżających nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniących przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelnych, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przeziernych dla promieni RTG, nieprzewodzących ładunków elektrycznych, wolnych od lateksu,

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ.

Poz. 1


Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod piętę, w kształcie prostopadłościanu z zagłębieniem, o wymiarach: 180 x 100 x 70 mm

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 4 szt. pozycjonerów, czy 4 par (pozycjonery pod piętę są sprzedawane w parach)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, (cztery sztuki).

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod rękę, o wymiarach: 365 x 115 x 10 mm, jak na zdjęciu poniżej



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wskazane pozycjonery.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych, wykonanych z dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokrytych poliuretanem, rozkładających ciężar ciała i obniżających nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniących przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelnych, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przeziernych dla promieni RTG, nieprzewodzących ładunków elektrycznych, wolnych od lateksu.

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod kość krzyżową i pośladki, dla osoby dorosłej, o wymiarach: 450 x 445 x 30 mm lub 400 x 380 x 25 mm

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ.



Lub prosimy o dopuszczenie materaca żelowego o wymiarach 520 x 520 x 10mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zad 23**Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie pasa ograniczającego ruchy pacjenta, na nadgarstki, z kluczem magnetycznym, rozmiar L (długość 19-25 cm, szerokość 8 cm)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie pasa ograniczającego ruchy pacjenta, na kostki, z rzepem, zapinany przy pomocy kluczy magnetycznych rozmiar L (dł. 24-28 cm, szer.8 cm)

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ.

Poz. 2, 3

Dopuszczenie pasa zapinanego na klamrę, z regulacją długości, z zabezpieczeniem ochronnym w postaci nakładki z żelu silikonowego – wymiary nakładki żelowej 505 x 85 x 8mm, łączna dł. pasa 2,5 m



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 4

Dopuszczenie pasa nadgarstkowego zapinanego na klamrę, z regulacją długości, z zabezpieczeniem ochronnym w postaci nakładki z żelu silikonowego – wymiary nakładki żelowej 315 x 45 x 10mm, łączna dł. pasa 1 m



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 33



Pkt 3

Prosimy o dopuszczenie regulacji w zakresie od 3500 do 24000 osc./min, stopniowo regulowane.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ

Pakiet nr 18 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora siateczkowego o następujących parametrach :

- Profesjonalny zestaw do nebulizacji do podawania leków w formie aerozolu
- Pojemność membrany wielorazowego użytku 10 ml
- Wielkość cząsteczki - średnio 3.2 μm MMAD
- Unikalna konstrukcja generatora aerozolu nie podgrzewa i nie powoduje degradacji leku
- Możliwość nebulizacji wszystkich leków ciekłych dopuszczonych posiadających rejestrację w nebulizacji
- Nebulizator generuje aerozol bezdźwiękowo
- Pracuje ze wszystkimi standardowymi układami pacjenta oraz respiratorami występującymi na rynku
- Możliwość zasilania sieciowego jak również z wbudowanej baterii
- Nie dodaje dodatkowego przepływu w obwodzie
- Mała objętość szczątkowa (średnio 0,1 ml) minimalizuje straty leku
- W zestawie złącze typu T dla dorosłych wielorazowego użytku 1 szt, membrana Pro 1 szt , zasilacz sieciowy 1 szt i uchwyt mocujący 1 szt

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ

Pakiet nr 18 poz. 1,2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora siateczkowego o następujących parametrach :

- Zestaw do nebulizacji do podawania leków w formie aerozolu
- Pojemność membrany 6 ml
- Możliwość stosowania jednej membrany do 28 dni przy pracy przerywanej urządzenia
- Możliwość stosowania jednej membrany do 7 dni przy pracy ciągłej urządzenia
- Dokładnie zdefiniowana wielkość cząsteczki - średnio 3.4 μm MMAD, mała szczątkowa objętość leku
- Unikalna konstrukcja generatora aerozolu nie podgrzewa i nie powoduje degradacji leku
- Możliwość nebulizacji wszystkich leków ciekłych dopuszczonych posiadających rejestrację w nebulizacji
- Nebulizator generuje aerozol bezdźwiękowo
- Pracuje ze wszystkimi standardowymi układami pacjenta oraz respiratorami występującymi na rynku
- Możliwość zasilania sieciowego jak również zasilania z gniazda USB urządzenia medycznego
- Mała objętość szczątkowa (średnio 0,1 ml) minimalizuje straty leku
- W zestawie złącze typu T dla dorosłych 30 szt. ,membrana `nebulizatora 30 szt., sterownik USB

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ



Zad. 18 Nebulizatory

Czy Zamawiający dopuści nebulizator pneumatyczny do zastosowań szpitalnych różniący się niewiele MMAD 3.2 um oraz wydajnością 0,42 ml/min? Nebulizator membranowy, czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 23 pasy do unieruchamiania.

Czy Zamawiający dopuści pas ograniczający ruchy pacjenta na nadgarstki z rzepem i kluczem magnetycznym, rozmiar L (gdzie obwód mankieta zapinanego wokół nadgarstka wynosi 22-29 cm., jego szerokość to 7,5 cm, natomiast 42 cm. jest długość pasa, który służy do przymocowania do ramy łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie rozmiarów obwodu.

Czy Zamawiający dopuści pas ograniczający ruchy pacjenta na kostki z rzepem zapinany przy pomocy kluczy magnetycznych rozmiar M (gdzie obwód mankieta zapinanego wokół kostki wynosi 22-30 cm., jego szerokość to 7,5 cm, natomiast 60 cm. jest długość pasa, który służy do przymocowania do ramy łóżka?

Czy może Zamawiający życzy sobie pas ograniczający ruchy pacjenta na kostki z rzepem zapinany przy pomocy kluczy magnetycznych rozmiar L (gdzie obwód mankieta zapinanego wokół kostki wynosi 27-33 cm., jego szerokość to 7,5 cm, natomiast 60 cm. jest długość pasa, który służy do przymocowania do ramy łóżka?

Czy razem z pasem na kostkę Zamawiający życzy sobie klucz magnetyczny?

Odpowiedź: zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie rozmiarów obwodu.

Czy Zamawiający dopuści pas zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym, zapinany na rzep, szerokość 14 cm, o długości pasa 120-155 cm lub o długości pasa 135-175cm, a może długości 175-215cm? Pas jest "owijany" wokół weznóża łóżka.

Odpowiedź: zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie długości pasa.

Czy Zamawiający życzy sobie pas brzuszny z pasem krokowym, czy może z sztytami na stałe z pasem brzuszny 2 pasami na uda, pas brzuszny zapinany na rzep, szerokość samego pasa brzusznego wynosi 18 cm, dzięki czemu nie wżyna się on w ciało pacjenta?

Jaki obwód (talii pacjenta) pasa brzusznego życzy sobie Zamawiający:

52-82 cm,

80-120 cm,

116-156 cm



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpitalswinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

czy może 140-180 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści pas nadgarstkowy zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym, zapinany na rzep i metalowe klamerki o szerokość mankietu 7,5 cm (wewnątrz wyłożony miękką tkaniną, zapobiegająca otarciu) dla nadgarstka o obwodzie 16-24 cm., gdzie pasek który służy do przymocowania do ramy łóżka ma 87 cm długości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie sposobu zapięcia i szerokości.

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.*

*oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota Konkolewska*