



Znak sprawy: ZP/05/2021

Świnoujście dnia 07-07-2021 r.

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:

Dostawa aparatu USG dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców w/w postępowaniu - Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada na następujące pytania:

1. Minimalne wymagania dla Aparatu USG - pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat ultrasonograficzny posiadający kolorowy monitor LCD o przekątnej 21,5 cala oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli ? Różnica 0,5 cala nie wpływa na jakość wykonywanych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

2. Minimalne wymagania dla Aparatu USG – pkt 41

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat ultrasonograficzny posiadający nie posiadający pomiarów IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych jajnika ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Minimalne wymagania dla Aparatu USG – pkt 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex o kącie skanowania 70 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Minimalne wymagania dla Aparatu USG – pkt 45

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę liniową szerokopasmową o liczbie elementów akustycznych 192 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

5. Minimalne wymagania dla Aparatu USG – pkt 46

W punkcie 46 Zamawiający mówi o obrazowaniu 3d/4d. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał aby aparat był wyposażony w moduł obrazowania 3d/4d czy też Zamawiający wymaga aby była to opcja rozbudowy aparatu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

6. Minimalne wymagania dla Aparatu USG –pkt. 47

W punkcie 47 Zamawiający mówi o tym, że wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę convex endowaginalną objętościową szerokopasmową. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał głowicy convex endowaginalnej objętościowej o parametrach : zakres częstotliwości pracy od 4,0 do 8,0 Mhz oraz kąt skanowania 145 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

7. Minimalne wymagania dla Aparatu USG –pkt. 48

W punkcie 48 Zamawiający mówi o tym, że wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę convex objętościową szerokopasmową. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał głowicy convex objętościowej o parametrach: zakres częstotliwości pracy od 3,0 do 8,0 Mhz oraz kąt skanowania 72 stopnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

8. Minimalne wymagania dla Aparatu USG –pkt. 51

W punkcie 51 Zamawiający mówi o tym, że wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę kardiologiczną sektorową szerokopasmową. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał głowicy sektorowej kardiologicznej o parametrach : zakres częstotliwości pracy od 1,0 do 5,0; liczba elementów 128 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

9. Minimalne wymagania dla Aparatu USG –pkt. 52

W punkcie 52 Zamawiający mówi o tym, że wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę kardiologiczną sektorową szerokopasmową. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał głowicy sektorowej kardiologicznej o parametrach : zakres częstotliwości pracy od 1,0 do 5,0; liczba elementów 128 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota Konkolewska