



Znak sprawy: ZP/05.1/2021

Świnoujście dnia 10-09-2021 r.

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców w/w postępowaniu - Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada na następujące pytania:

- 1. Zadanie nr 1** - Pytanie do punktów 2 – 8: Czy Zamawiający dopuści zestaw cystoskopowy zawierający:
- płaszcz cysto-uretroskopowy o średnicy 19,5 Fr. wraz z kompatybilnym obturatorem
 - nasadkę do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 1. kanałem prowadzącym do instrumentów 7 Fr.
 - optykę o śr. 4 mm, kącie patrzenia 0 stopni, ze stałym okulem, autoklawalną wraz z koszem do mycia i sterylizacji o wymiarach: szer. 59 mm, dł. 471 mm, wys. 54 mm, waga 355 g
 - światłowodem o śr. 2,5 mm i dł. 2,3 m
 - kleszczykami giętymi do usuwania ciał obcych, 7 Fr. o dł. roboczej 380 mm, z końcówką chwytającą (2 sztuki)
 - uszczelkami gumowymi z otworem 0,5 mm (10 sztuk)
 - pojemnikiem do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk o wymiarach wew.: dł. 400 mm x szer. 200 mm x wysokość 60 mm, z silikonowymi wkładkami typu „jeż” na dnie i pokrywie pojemnika, mocowanymi za pomocą zatrzasków?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 2:

Skład zestawu:

- 1 szt. platforma medyczna
- 20 szt. cystoskopów giętkich jednorazowego użytku

Parametry cystoskopu giętkiego:

- cystoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny
- technologia video (kamera, źródło światła)
- kierunek widzenia 0°
- pole widzenia 120°
- głębia ostrości 3-100 mm
- oświetlenie LED
- długość części roboczej 390 mm
- średnica zewnętrzna 5,4 mm/ 16,2 fr
- możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
- zakres regulacji: do góry 210°, do dołu 120°
- kanał roboczy o średnicy 2,2 mm / 6,6Fr
- średnica części roboczej 5,4 mm/ 16,2 Fr
- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy
- chropowata powierzchnia rękojeści
- produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo

Parametry platformy medycznej:

- obraz Full HD
- rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli
- wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)

- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza)
- podłączenie cystoskopu do procesora za pomocą przewodu
- funkcja wyostrenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła
- typ ekranu: 12,8" kolorowy TFT LCD
- funkcja automatycznego rozpoznawania cystoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy
- zapis filmów i zdjęć
- wbudowana pojemność przechowywania 32 GB
- 2 wyjścia USB
- zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne
- kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM
- antyrefleksyjny ekran dotykowy
- możliwość wyświetlenia obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć
- nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk
- wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów
- funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby
- złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
- tryb regulacji poziomu tonu kolorów
- uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z cystoskopem
- podgląd ustawień użytkownika
- tryb pracy ciąglej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego cystoskopu
- wyposażony w dwa wejścia do podłączenia dwóch cystoskopów, bronchoskopów, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym oraz endoskopów laryngologicznych
- waga 2700 g
- tryb zmiany ustawień kolorów
- klawiatura medyczna z możliwością opisu badań
- WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 3h
- wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%

Zestaw nie wymaga myjni, kontenera do sterylizacji, testera szczelności i źródła światła (światłowodu).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota Konkolewska