



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpital.swinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781



Świnoujście, dnia 31.05.2022 r.

Znak sprawy: ZP/12/2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawa pomp infuzyjnych, oraz ssaków medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00181901/01 z dnia 27.05.2022 r., stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.szpital-swinoujscie.pl/zamowienia>.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie 1 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, pkt 2)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z wózkiem o wadze 21 kg? Waga samego urządzenia to jedynie 12kg natomiast przy zastosowaniu podstawy jezdnej waga nie będzie miała większego znaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, pkt 3)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny o wydajności skutecznej 38 l/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, pkt 5,11)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny posiadający tryb pracy ciągły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, pkt 10)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny bez pedału do sterowania nożnego? Funkcja start/stop ssania może być realizowane za pomocą membrany na końcówce ssącej, co jest wygodniejszym rozwiązaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, pkt 9,12,13)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny posiadający jeden przycisk podświetlany na panelu przednim wraz regulatorem ciśnienia oraz manometrem. Przełączanie między butlami realizowane za pomocą dodatkowego pokrętki?

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Numer projektu: FMP-0526-21-C. Tytuł projektu: Współpraca transgraniczna podmiotów leczniczych w zakresie zapobiegania zakażenia SARS-CoV-2



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 (dot. Zał. 3, pakiet nr 2, pkt 16)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 480 × 900 × 460 mm? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Prezes Zarządu

Dorota Konkolewska
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej