

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 06/12/2016 r.

Znak sprawy: **ZP/17/2016**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa materiałów medycznych dla bloku operacyjnego i OITiA spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Dotyczy Pakietu 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści rurki intubacyjne bez mankietu wykonane z mieszaniny silikonu i PCW bez otworu Murphy'ego używane dotychczas przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści rurki z jednym znacznikiem głębokości na co najmniej połowie obwodu rurki używane dotychczas przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Dot. Pakiet 3

Pytanie 3:

Dopuszczenie wkładów o następujących parametrach technicznych:

1. Wkład workowy do ssaka bez zawartości PCV

- Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister
- Wymiana wkładu bez odłączania ssania
- Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu
- Wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny wynoszącej powyżej 99,999..%, oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
- Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot
- Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym
- mocny worek wykonany z poliolefiny, odporny na rozerwania
- wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odesanej ilości treści płynnej
- jeden port na pokrywie uniemożliwiający/eliminujący omyłkowe podłączenie

Jednocześnie nadmieniamy, iż zamawiający zna ww system, gdyż pracował na oferowanym osprzęcie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Dot. Rozdz. VI pkt. 9 SIWZ

Czy Zamawiający pisząc, iż wymaga kart charakterystyki oferowanych materiałów ma na myśli kserokopie katalogów, folderów opisów itp. potwierdzających opis przedmiotu zamówienia? Karty charakterystyki wydawane są dla substancji niebezpiecznych takich jak wywoływacze, utrwalcze, naboje do sterylizacji, środki dezynfekcji itd. Artykuły medyczne jedno i wielorazowego użytku nie są substancjami niebezpiecznymi i w związku z tym nie wystawia się dla nich kart charakterystyki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

Dot. § 5 ust.1 b, c wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w paragrafu w/w umowy na:

b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji **trzykrotnych, kolejnych** zamówień,

c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, **po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania zobowiązania.**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Dot. § 8 pkt.1 b wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Dostawcy przez Szpital za niedostarczenie dostawy odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Szpitalowi.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Wykonawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Szpitala w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Szpital w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Dot. § 8 pkt.1 c wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto umowy w przypadku wypowiedzenia/odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8:

Dotyczy Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w pakiecie 5, pozycja 3 i 4 ilości sztuk z 4 na 5, z uwagi na dostępność opakowań handlowych Producenta konfekcjonowanych po 5 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 9:

Paragraf 8 ust 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem (*braki ilościowe lub jakościowe*) lub zwłoki w dostarczeniu produktu wolnego od wad - w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej/niezdgodnej z zamówieniem/wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, za każdą zwłokę lub za każdą niezgodną z zamówieniem dostawę, z tym że kara nie może przekroczyć 5% wartości brutto opóźnionej/niezdgodnej dostawy,
- w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 5% umownej wartości netto niedostarczonej części dostawy,
- za wypowiedzenie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 umowy


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10:

- 45 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, oraz
- 2 szt. igieł wielorazowego użytku spiralnych, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, nie połączone z taśmami, do implantacji przez otwory zasłonięte ?



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 11:

Dot. Pakietu 16 poz.21-37,45

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szwy o podtrzymywaniu tkankowym : 80% po 14 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Dot. Pakietu 16 poz.38-43

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szwy o podtrzymywaniu tkankowym : 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Dot. Pakietu 16 poz.38,40,41

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici o długości 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Dot. Pakietu 16 poz.42

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 48mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Dot. Pakietu 16 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szwy chirurgiczne wchłaniające (ok.42 dni) syntetyczne, plecione wykonane z polikaprolaktanu i stearynianu wapnia o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 8-11 dniach i 0% po 21 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Zadanie 13, pozycja 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww pozycji klipsów polimerowych naczyniowych , zakres rozmiarów tkanki 5mm- 13mm (duże, fioletowe) pakowane po 6 szt. w 14 magazynkach, przy odpowiednim przeliczeniu na ilość sztuk? Klipsy i klipsownice kompatybilne z wszystkimi klipsownicami GRENA

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Zadanie 13, pozycja 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji ewakuatora laparoskopowego 200 ml/o średnicy 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 18:

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką complianec koncernu (...), stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych zawartych w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Elżbieta Symonowicz, Monika Ruć, Tadeusz Koralewski.

Pytanie 19:

Dotyczy Zadania nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10 Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

- taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m²,
- dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezasłoną techniką od środka na zewnątrz (in-out) jednej prowadnicy skrzydełkowej, anatomicznej do bezpiecznego przeprowadzenia narzędzi metodą in-out?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 20:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, składający się z:

- Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, prasowanej termicznie, porowatość min. 1000 mikronów, szerokość 1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej. Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty. - Narzędzi jednorazowych do zakładania taśmy- 2 szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny. Taśma zakładana przez otwory zasłonięte. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego pakietu.

Pytanie 21:

Pytanie nr 1: dotyczące zapisów umowy paragraf 1 ustęp 2, paragraf 2 ustęp 1 oraz zapisów SIWZ pkt. IV podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Pytanie nr 2: dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

Pytanie nr 3: dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

Pytanie nr 4 dotyczące pakietu nr 14 oraz zapisów SIWZ punkt V podpunkt 3: Ponieważ przedmiotem zamówienia w zadaniu 14 jest dostawa drenów (akcesoriów), czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wyrazi zgodę na przedstawienie wykazu wykonanych dostaw również akcesoriów endoskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie 25:

Pytanie nr 5: dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 2: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że „dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres” może być dokument, z którego wynika, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz, że składa została opłacona?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26:

Pytanie nr 6 dotyczy zapisów umowy paragraf 8 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 1,9% , gdyż kara umowna w wysokości 10% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 28:

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Pytanie 29:

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z PUR. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

Zadanie 216, Pakiet 1, poz. 1-13

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego pakietu.

Pytanie 31:

Zadanie 216, Pakiet 1, poz. 21-37 i 45

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego pakietu.

Pytanie 32:

Zadanie 216, Pakiet 1, poz. 21-37 i 45

Proszę o dopuszczenie nici plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, z powleczeniem ze stearynianu wapnia i polikatrolektonu (glycolide-co-lactide 30/70), całkowita absorpcja pomiędzy 80 – 90 dni, z wchłanianością 75% w 14 dni, 50% w 21 dni, 25% w 28 dniu.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego pakietu.

Pytanie 33:

Zadanie 216, Pakiet 1, poz. 38-43

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego pakietu.

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.*

*oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA*