



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

72 - 600 Świnoujście, ul Mieszka I 7, tel. sekr. 91 326 73 45, fax 91 321 41 74
e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl, www.szpital.swinoujscie.pl

REGON 812046670 NIP 855 1583467 Rachunek bankowy: 58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

Świnoujście, dnia 13.12.2022 r.

Znak sprawy: ZP/23/2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup sprzętu medycznego i oprogramowania dla zapewnienia szybkości oraz skuteczności działania służb medycznych w sytuacji szybkiej diagnostyki pacjenta obłożnie chorego, reanimowanego lub znieczulonego podczas zabiegów resuscytacyjnych i znieczuleń. Zakup holterów ciśnieniowych oraz holterów EKG.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00482901/01 z dnia 07.12.2022 r., stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.szpital-swinoujscie.pl/zamowienia>.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie 1

(dotyczy pkt 15 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera ciśnieniowego z zasilaniem bateriami 2 xAA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 3, Holter ciśnieniowy pkt 15 otrzymuje brzmienie:

Zasilanie: 4xAA baterie albo 2xAA	TAK	
-----------------------------------	-----	--

Pytanie 2

(dotyczy pkt 21 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera bez wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Zaproponowany rejestrator w trakcie programowania zsynchronizuje aktualną datę i czas z zegara komputera.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

(dotyczy pkt 22 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu. Nie zaleca się monitorowania ABPM przez więcej niż 24 godz., ze względu na uciążliwość badania (ucisk mankietu na tętnice podczas pomiarów).

Odpowiedź:

Załącznik nr 3, Holter ciśnieniowy pkt 22 otrzymuje brzmienie:

Czas rejestracji większy niż 24 godziny	TAK	
---	-----	--

Pytanie 4

(dotyczy pkt 23 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera z analizą wyników obejmujących: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu, PRP/1000.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

(dotyczy pkt 24 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego parametru. Nie zaleca się monitorowania ABPM przez więcej niż 24 godz., ze względu na uciążliwość badania (ucisk mankietu na tętnice podczas pomiarów), a tym bardziej na cały tydzień.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt 24 załącznika nr 3 do SWZ Holter ciśnieniowy.

Pytanie 6

(dotyczy pkt 27 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera współpracującego z komputerem klasy PC poprzez port USB.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

(dotyczy pkt 28 OPZ)

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w tym parametrze zapisu „do komunikacji z PC poprzez kabel USB”. Rejestrator w przypadku wykrycia błędnego pomiaru wykona pomiar powtórkowy w czasie kiedy holter będzie noszony przez pacjenta. Powtórkowy pomiar odbywa się „na pacjencie” a nie poprzez komunikację z PC.

Odpowiedź:

Załącznik nr 3, Holter ciśnieniowy pkt 28 otrzymuje brzmienie:

Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru do komunikacji z PC poprzez kabel USB	TAK	
---	-----	--

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w związku z powyżej opisanymi zmianami na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę terminu związania ofertą, składania oraz otwarcia ofert:

- 1) część XII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2022. r. o godz. 09:30

- 2) część XII ust. 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2022 r. o godz. 10:30.

- 3) część X ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **17.01.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W związku z wyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ oraz treść ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu

Dorota Konkolewska
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej