



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 23/01/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/01/2017**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.**
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa i instalacja sprzętu endoskopowego dla spółki Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pakiet nr 3:

Pytanie 1:

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wraz z gastroskopem własnego kompatybilnego procesora obrazu o parametrach nie gorszych od Evis Exera II – Olympus?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści lepszą średnicę wziernika jaka jest średnica 8,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści lepsze kąty zgięcia jakimi są kąty góra/ dół 210°/90°, prawo/ lewo 100°/100°?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” **pkt. 5:** Czy nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje zakresu głębi ostrości minimum od 3 – 100mm?

Podana wartość definiuje skrajnie daleką odległość od pola obserwacji w jakiej uzyskujemy ostrość widzenia, nie definiuje jednak parametru minimalnego zbliżenia w którym aparat utrzymuje właściwą ostrość dla obserwacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” **pkt. 6:** Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje, aby oferowany videogastroskop posiadał kąt zgięcia góra/dół min. 210°/90° i prawo/lewo min. 100°/100°?

Podany zakres kątów jest typowy dla kolonoskopów, nie jest stosowany w gastroskopach. W pkt. 13. Zamawiający zdefiniował inny zakres.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” **pkt. 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od opisanego wymogu?

Funkcja integracji opisana przez Zamawiającego jest funkcją realizowaną przez procesor wizyjny i system archiwizacji pracowni oraz wewnętrzny system komputerowy szpitala, nie dotyczy bezpośrednio endoskopu. W pkt1 zamawiający zdefiniował wymóg pełnej kompatybilności z posiadanym systemem, prosimy o informację czy aktualnie pracujący system w endoskopii szpitala (Evis Exera II) jest zintegrowany z systemem szpitalnym (DICOM/HL7).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 8:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” **pkt. 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od opisanego wymogu?

Funkcja integracji opisana przez zamawiającego jest funkcją realizowaną przez procesor wizyjny i system archiwizacji pracowni oraz wewnętrzny system komputerowy szpitala, nie dotyczy bezpośrednio endoskopu. W pkt1 Zamawiający zdefiniował wymóg pełnej kompatybilności z posiadanym systemem, prosimy o informację czy aktualnie pracujący system w endoskopii szpitala (Evis Exera II) jest zintegrowany z systemem szpitalnym (DICOM/HL7).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” **pkt. 11:** Czy Zamawiający ma na myśli rejestrację zdjęć przez wideoprocessor realizowaną poprzez przycisk na głowicy sterującej endoskopu?

Wideoendoskopy nie posiadają pamięci na której można zapisać zdjęcia, ta funkcja jest realizowana we współpracy z posiadanym torem wizyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 10:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” **pkt. 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od opisanego wymogu nagrywania filmów?

Funkcja ta jest realizowana przez system archiwizacji pracowni współpracujący z torem wizyjnym nie dotyczy bezpośrednio wideoendoskopu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3 „Videogastroskop” punkt „warunki gwarancji” podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin „48 godzin” liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 12:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet 2 „zestaw do laparoskopii” pkt. „pozostałe wymagania” podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 48 godzin – termin liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet 2 „zestaw do laparoskopii” pkt. „pozostałe wymagania” podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 pkt. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu niezbędnego na naprawę do 4 tygodni, przy założeniu dostarczenia sprzętu zastępczego?

Dokonanie napraw w terminie 2 dni jest fizycznie niemożliwe. Naprawy są wykonywane w autoryzowanych serwisach stacjonarnych producenta sam proces logistyczny zajmuje więcej czasu niż opisany, jednocześnie dostarczony sprzęt zastępczy zapewni szpitalowi ciągłość pracy i realizację zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 15:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 pkt. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu niezbędnego na wymianę do 4 tygodni, przy założeniu dostarczenia sprzętu zastępczego?

Termin 7 dni jest niemożliwy do utrzymania z uwagi na proces produkcji i logistykę

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Pytanie 16:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 1 pkt. 3 podpunkt 2 oraz paragraf 2 ustęp 4 punkt d:** Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że mogą być to również dokumenty Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych/ Przeniesienie danych z rejestru wyrobów medycznych?

Zgodnie z zapisami paragrafu 58 ustawy o wyrobach medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 17:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 16 a oraz zapisów paragrafu 4 ustęp 10:** Celem doprecyzowania zapisów umowy zgodnie z wymaganiami opisanymi w paragrafu 4 ustęp 10 prosimy o dopuszczenie w paragrafie 4 ustęp 16 a zapisu:

„ogłędziny, diagnostykę i naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy – serwis wykonywany będzie zgodnie z wymaganiami producenta, niezbędnymi do utrzymania gwarancji producenta, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 18:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 1a:** Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że kary umowne o których mowa w paragrafie 4 ustęp 1a liczone są od urządzenia, którego dotyczy zwłoka nie od całej umowy

Odpowiedź:

Przedmiotowy § nie obejmuje treści pytania.

Pytanie 19:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 1a:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była od przedmiotu, którego dotyczy zwłoka (nie od całej umowy)?

Odpowiedź:

Przedmiotowy § nie obejmuje treści pytania.

Pytanie 20:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 1a:** Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania z kar umownych?

W przypadku zgody prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie

Odpowiedź:

Przedmiotowy § nie obejmuje treści pytania.

Pytanie 21:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 1b:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 20% ?

Odpowiedź:

Przedmiotowy § nie obejmuje treści pytania.

Pytanie 22:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy o których mowa w ustępie 5 liczone będą w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 23:

dotyczące zapisów umowy **paragraf 4 ustęp 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów o których mowa w ustępie 5 do 3 dni roboczych

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 24:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział VI pkt. 11: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „karty charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia” Zamawiający oczekuje złożenia np. ulotek, stron z instrukcji obsługi, w których będą podane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 25:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet 2 „zestaw do laparoskopii” pkt. „pozostałe wymagania” podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu posiadania autoryzacji producenta (na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu) na terenie Polski dla przedmiotu zamówienia: „monitor medyczny” i „podstawa jezdną pod monitor” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 26:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet 2 „zestaw do laparoskopii” pkt. „pozostałe wymagania” podpunkt 7:
Prosimy o rezygnację z potwierdzenia normy ISO 13485 dla tego pakietu, ponieważ urządzenia i narzędzia w nim umieszczone posiadają inne normy ISO np. 14971:2009.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o.o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota KONKOLEWSKA