

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

Świnoujście, 10/11/2015 r.

Znak sprawy: ZP/13/2015

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.**
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 11 bezigłowy port do wstrzyknięć zakończony żeńskim i męskim łącznikiem luer-lock, sterylny, o niewielkich rozmiarach (długość maks. 3 cm). Wyposażony w łatwą do czyszczenia i odkażania membranę (tworzącą z żeńskim łącznikiem luer lock płaską powierzchnię) nie zawierającą lateksu ani PCV, niewielkiej objętości wypełnienia 0,09ml i przezroczystej obudowie, nie posiadający elementów metalowych, umożliwiający przetaczanie płynów ze średnią prędkością min. 4500 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Pakiet 9 poz 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 35 x 55 z żelem ciekłym? Reszta parametrów jak w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x27cm dla poz. 1 oraz 40x16cm dla poz. 4 i 5, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości folii produkcji hiszpańskiej firmy IHT, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź:

W treści pakietu nr 2 nie występują przedmiotowe folie.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie treści par. 7 ust. 1 umowy w zakresie kar umownych.

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary za zwłokę w dostawie do 1% za zdarzenie, gdyż kara 10% jest niewątpliwie niewspółmierna do mogącej powstać szkody?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie treści par. 7 ust. 1 umowy w zakresie kar umownych

Czy kary określone w par. 1 lit a) i b) mają w swoim zamierzeniu charakter kumulatywny czy zamienny?

Odpowiedź:

Kumulatywny.

Pytanie 6:

Paragraf 6 ustęp 1 lit. a

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku:

a) opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem (braki ilościowe lub jakościowe) - w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każde opóźnienie lub za każdą niezgodną z zamówieniem dostawę;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Paragraf 6 ustęp 1 lit. b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Pakiet nr 35

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5 Pakietu nr 35 i zaferowanie igły o długości 4 mm z mechanizmem blokującym w jednym kierunku, pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Pakiet nr 52

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zestawu PEG CH20.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10:

Pytanie dotyczy pakietu nr 21 - Sprzęt ginekologiczny, pozycja 6 - Aplikator do wymazów sterylny, pakowany indywidualnie

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować ilość sztuk aplikatorów umieszczonych w pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów SIWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy zadania nr 50, poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, silikonowego, zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, posiadający dwa porty do irygacji i do napełniania balonika, a także port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. System może być stosowany do 29 dni. Zestaw posiada strzykawkę z podziałką o pojemności 45ml do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu napełnienia balonu i zapobiega jego przepelnieniu. Worek wyposażony w zaopatrzonego w znacznik rtg na końcu drenu, silikonowy rękaw pokryty substancją zabezpieczającą, która chroni przed przedostawaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Zestaw wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby penetracji odbytu przy użyciu palca, posiada balonik retencyjny, port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie jest klamra zamykająca światło drenu przy podawaniu leków doodbytniczo. Worki są skalowane i wyposażone w substancję żelującą płynną zawartość worka oraz filtr węglowy o wysokiej absorpcji zapachów, zabezpieczone przed balonowaniem. W zestawie 3 worki 1500ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzonych badań klinicznych potwierdzających czas stosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli). System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczenia balonika raz na dobę. System jest biologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy zadania nr 50, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z asortymentem z poz. nr 1 o pojemności 1500ml, skalowane - 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml.

Odpowiedź:


Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 13:

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IX, punkt 9: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 roku o WYROBACH Medycznych obowiązującym dokumentem jest Powiadomienie / Przeniesienie Danych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (a nie jak podano w SIWZ – wpis lub zgłoszenie)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

Pytanie 14:

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IX, punkt 15: Czy nie zaszła omyłka w wymogu opisanym w punkcie 15? Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty miał na myśli Zamawiający pisząc: „(...) jest zobowiązany przedłożyć dokumenty wskazane w Załączniku nr 1 dla poszczególnych pakietów.”. Załącznik nr 1 to wykaz ilościowo-asortymentowo-cenowy nie ma w nim wskazanych dokumentów, o których mowa w punkcie nr 15.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IX, punkt 17, pakiet nr 35 i 65: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie ulotek / kart opisu do oferty tylko w wersji papierowej, dla pakietu nr 35 i 65?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 35 i 65: Prosimy o potwierdzenie, że kolumna „Postać” w przypadku pakietu nr 35, pozycje 1 - 4 i 6 oraz pakietu nr 65 ma pozostać pusta?

Odpowiedź:

Pozycja może pozostać pusta.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 35 (dopisek pod tabelką): Czy nie zaszła omyłka w informacji pod tabelą? Czy nie powinny być: „Poz. 1-4 zamawiający dopuszcza wyrób niemedyczny kompatybilny z pompą KV5”? Pozycja nr 5 jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, punkt 8 i 9: Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na dopisanie do punktów nr 8 i 9: „jeżeli dotyczy”? Uzasadnienie: punkt 8 i 9 nie dotyczy oferowanych wyrobów w pakiecie nr 35 i 60 (wyroby medyczne i nie medyczne).

Odpowiedź:

W takim przypadku należy dokonać skreślenia i złożenia stosownej parafy.

Pytanie nr 19

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 1 i 2: Czy zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział IX, punkt 8 oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w ustępie 1 i 2 wymaga posiadania / załączenia do umowy kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu a) na następujący: „opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem (braki ilościowe lub jakościowe) w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej / niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każdy dzień opóźnienia”? W przypadku obecnego zapisu, nawet najmniejsze opóźnienie lub brak ilościowy będzie zobowiązywał Wykonawcę do zapłaty wysokich kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadające nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, co pozwala na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające wskaźniki, które po sterylizacji zmieniają kolor na wyraźnie różniący się od koloru wskaźnika przed sterylizacją, a ponieważ zmiana koloru wskaźnika jest kontrastowa, w obrębie zgrzewu fabrycznego widnieje jedynie informacja w języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po sterylizacji dla poszczególnych metod sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, które posiadają piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku na etykiecie wewnątrz rolki? Oznakowanie bezpośrednio na rękawie nie jest wymagane normatywnie i nie ma uzasadnienia, gdyż raz użyty rękaw, po otwarciu, nie nadaje się do ponownego użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607 była potwierdzona również przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Pytanie do pakietu 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski dla dorosłych do średnich stężeń tlenu, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4 x 24 mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5 x 20 mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210 cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maski ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji (35 – 45%). Elastyczne paski mocujące, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo. Końcówka gumki do maski zapewniająca ponowne, bezproblemowe jej wciągnięcie w otwór maski Rozmiary: dorosły. Bez konieczności formowania maski, od razu gotowa do użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się duże otwory (po obu jej stronach), w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maski ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji (35 – 45%). Elastyczne paski mocujące, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo. Końcówki gumki do maski zapewniająca ponowne, bezproblemowe jej wciągnięcie w otwór maski Rozmiar: pediatria. Bez konieczności formowania maski, od razu gotowa do użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29


Pytanie do pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maski aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar dorosły

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

Pytanie do pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 180cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Pytanie do pakietu 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu z workiem i dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, maska posiada wentyl bezpieczeństwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie masek typu Eco-maski anestetyczna, transparentna, dostępna min. w rozmiarach 0-6, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w zlokalizowane w centralnej części min. w trzy ciągle cylindryczne linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie. Rozmiar 4, 5.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 210 cm, wyrób nietoksyczny

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

1. Pytanie do pakietu 9 poz. 9

Czy Zamawiający ma na myśli złączkę tlenową 22M/6mm czy 22F/6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno – gardłowej j.u. sterylnej o długości 80mm, rozmiar 2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno – gardłowej j.u. sterylnej o długości 90 mm, rozmiar 3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno – gardłowej j.u. sterylnej o długości 100 mm, rozmiar 4.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

1. Pytanie do pakietu 2 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno – gardłowej j.u. sterylnej pediatrycznej o długości 35 mm, rozmiar 000; długości 50mm rozmiar 00; długości 55mm rozmiar 0, długości 65mm rozmiar 1, długości 70mm, rozmiar 1.5, długości 80mm, rozmiar 2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39**1. Pytanie do pakietu 2 poz. 10 – 13**

Czy Zamawiający oczekuje rurek ustno – gardłowych jednoczęściowych, z kodowaniem kolorystycznym, blokerem zgryzu, wykonanych z polipropylenu, pozbawionych ftalanów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagane terminy dostaw dot. dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający potwierdza, iż dostawy asortymentu, który nie wymaga specjalistycznego transportu mogą się odbywać za pośrednictwem firm kurierskich.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42

Prosimy o zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy do 0,2% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu par. 7 ust 1b Zamawiający w punkcie a) zastrzegł sobie prawo pobrania kar umownych za opóźnienie w dostawach naliczanie kolejnych 10% wartości umowy za „niedostarczenie dostawy” to podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 10 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące..

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający w zad 64 dopuści w poz 1 klipsy pakowane po 6 sztuk? Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oryginalnych klipsów Hem-o-lok które są pakowane tylko w taki sposób. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej cenowo i przede wszystkim jakościowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie nazwy producenta oraz nr referencyjnego klipsownicy do której przeznaczone są klipsy z zad 64 poz 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający wymaga w zad. 64 poz 1, aby zaoferowane klipsy były kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą i w związku z tym żąda potwierdzenia kompatybilności oferowanych klipsów z w.w. klipsownicą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tym przedmiocie?

Uzasadnienie:

W zaistniałym stanie faktycznym absolutnie konieczne jest uzyskanie przez Zamawiającego od potencjalnych wykonawców potwierdzenia producenta klipsów, że oferowane klipsy są kompatybilne z konkretnym modelem klipsownicy i mogą być stosowane przy jej użyciu. Składając takie oświadczenie odpowiedzialność za użycie danych klipsów przejmuje na siebie ich producent. W przypadku braku stosownego potwierdzenia (np. w formie oświadczenia) odpowiedzialność za użycie klipsów innych niż klipsy wskazane przez producenta klipsownicy przechodzi na użytkownika np. w przypadku zgłoszenia incydentu medycznego.


Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 48

Pakiet 20

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający uzna za wystarczające podanie naniesionej daty ważności na wkładzie, którą jest fabrycznie nadrukowana data produkcji, a termin ważności wyrobu wynosi 5 lat.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Umowa § 2 Realizacja przedmiotu umowy ust.2

Prosimy o modyfikację ww ust. na zapis: Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach własnym transportem lub za pomocą profesjonalnej firmy kurierskie gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakiet nr 14: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające umieszczoną na lini zgrzewu informację w języku polskim o kolorze wskaźnika **po** procesie sterylizacji? Umieszczanie na rękawie informacji o kolorze wskaźnika **przed** poddaniem sterylizacji nie posiada żadnego logicznego zastosowania, bowiem w przypadku niewysterylizowanych rękawów kolor wskaźnika jest widoczny na rękawie, natomiast dopiero po wysterylizowaniu rękawa użytkownik weryfikuje zgodność zmiany przebarwienia wskaźnika z podaną na rękawie informacją o barwie wskaźnika **po procesie sterylizacji**.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakiet nr 14: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające nadrukowaną informację w języku polskim: „nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone” w miejsce piktogramu oznaczającego, iż opakowanie jest jednorazowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy wzoru umowy § 7, ust.1, punkt a): Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 2% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 48 - Sprzęt laboratoryjny

Poz. 13 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki z niebieskim korkiem? Ponadto czarny kolor korka jest „zarezerwowany” dla wymazówek z węglem.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 48 - Sprzęt laboratoryjny

Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbki z cytr. sodowym w próbce z okrągłym dnem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 54

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o odpowiedź:

Pakiet nr 48 - Sprzęt laboratoryjny

Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbki z cytr. sodowym na 2,25 ml krwi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wymaga w **Pakiecie nr 21 poz. 2 i 3** identycznych szczoteczek cytologicznych, tj. szczoteczek pobierających rozmaz tylko z kanału szyjki macicy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie Nr 21 poz. 5** pałeczki z wacikiem do pobierania wymazów z próbką?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 57:

- 60 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 58, poz. nr 2:

- 10 szt. zestawów do korekcji cystocele, jednorodnych, niewchłaniających, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 μm , wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 57- Ginekologiczne systemy operacyjne

-Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 57 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniająca, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, wielkość porów 1,5 x 1,6mm, grubość 0,5mm, gramatura 30g/m², brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce.

Narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej, wielokrotnego użytku, spiralne, do metody przezasłonowej techniką od zewnątrz do środka „out-in” lub odwrotnie „in-out”, prawe + lewe, długość igły 16cm, długość uchwytu 11,5cm, średnica igły ok. 3mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 63 – Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 63 siatki wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,08mm, grubości siatki 0,32mm i gramaturze 27,5 g/m² w rozmiarze 30cm x 30cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 61

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym półpierszenie uszczelniające pakowane po 20 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63

Dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści wkłady workowe systemu Serres z 1 króćcem w pokrywie do pacjenta. Nadmieniamy iż Zamawiający pracował już na tym systemie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 64

Dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby wkład workowy posiadał filtr antybakteryjny który zapobiega zainfekowaniu źródła ssania (próżni, ssaka).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

Pytanie nr 65

Dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby wkład workowy posiadał otwór w pokrywie min 25 mm do pobierania próbek lub ewentualnego wysypania proszku żelującego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66

Dot. § 3 ust.1 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust.1 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67

Dot. § 5 ust.1a,b,c wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w paragrafu w/w umowy na:

- a) podwyższenia przez Dostawcę ceny towaru w okresie trwania umowy, **za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT,**
- b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji **trzykrotnych, kolejnych** zamówień,
- c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, **po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania zobowiązania.**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68

Dot. § 7 pkt.1a i b wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Dostawcy przez Szpital za opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem (braki ilościowe lub jakościowe) (pkt 7.1a) oraz w razie niedostarczenia dostawy(pkt 7.1b) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Szpitalowi.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Wykonawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Szpitala w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Szpital w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69

zadanie 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy umieszczone na metalowej blaszce?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70

Umowa &7

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,2% za opóźnienie niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każde opóźnienie lub za każdą niezgodną z zamówieniem dostawę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71

Pytania do pakietu nr 44

Zwracamy się z prośbą o zmianę ilości wymaganego w pakiecie 44, pozycja 2 i 3 asortymentu na 5 sztuk, gdyż producent posiada tylko opakowania handlowe zawierające 5 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 72

Pytania do pakietu nr 44

Prosimy o potwierdzenie ile sztuk Zamawiający wymaga dla pozycji 2: 5, czy 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 9 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 40x55 mm. Różnica 2 mm nie wpływa na badania ani na jakość elektrod. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74

Pakiet 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75

SIWZ rozdz. IX pkt 17.

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie. Ilu próbek Zamawiający wymaga w przypadku pakietu nr 9 poz. 1, 2, 3?

Odpowiedź:

Po 1 szt/ kpl/ parze.

Pytanie nr 76

Część 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 7 ust. 1. pkt. a) tj. zmianę kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem z 10% wartości brutto opóźnionej/niezdanej z zamówieniem dostawy, na 5% wartości brutto opóźnionej/niezdanej z zamówieniem dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 57 – Ginekologiczne systemy operacyjne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w zadaniu nr 57 system do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT system), składający się z taśmy, wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłaniającej, zakończonej pętelkami, taśma w plastikowej osłonce, zapewniającej sterylność oraz obniżającą traumatyzację podczas przeciągania przez tkanki (taśma bez osłonki zachowuje się jak narzędzie tnące), dł. 45 cm ($\pm 0,5$ cm), szer. 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), grubość 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$) + 4 szt. narzędzia wielokrotnego użytku, igły helikalne, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, do implantacji taśm z dostępem przez otwory zasłonięte, „out-in” oraz „in-out”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 58 – Operacyjny sprzęt ginekologiczny.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w zadaniu nr 58 jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia cystocele, składający się z siatki, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach 50-70x60 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonięte (double TOT), grubość siatki 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$) + 2 szt. narzędzia wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, do zakładania siatki przez otwory zasłonięte techniką „out-inside”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 62 – Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w zadaniu nr 62 jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia rectocele, składający się z siatki, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach 63x170 mm (całkowita wysokość implantu), grubość siatki 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$) + 1 szt. narzędzia wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, do zakładania siatki przez pośladki.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 8 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawic chirurgicznych, jałowych, neoprenowych, bezpudrowych, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiety rolowane, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość na palcu 0.19 - 0.20 mm, na dłoni 0.17-0.18 mm oraz na mankiecie 0.15-0.16 mm, wydłużenie minimum przed starzeniem 1270% i minimum po starzeniu 1150%, bez



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

protein lateksu, posiadające AQL 1.0 _rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-05, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81

Pakietu 8 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawic diagnostycznych, nitylowych, bezpudrowych w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiety rolowane, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min.240 mm, grubość na palcu min.0.12mm, na dłoni min. 0.08 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (potwierdzone oświadczeniem Wytwórcy z wynikami badań wykonanych przez jednostkę niezależną), rękawice wolne od tiuramów oraz MBT potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy), rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie poziomem AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a'200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

Opakowanie z otworem umożliwiające pobieranie pojedynczej rękawicy. Opakowanie rękawic umieszczone w podajniku w formie ściennego uchwytu kompatybilnego z opakowaniem oferowanych rękawic.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 57, pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu (TOT SYSTEM) do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składającego się z:

taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 45 cm, szerokości 1 cm, grubości 0,50 mm i gramaturze 57 gr/m2, wielkość porów 0,90mm.Brzeża taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce, dwóch jednorazowych igieł wykonanych ze stali chirurgicznej z plastikowymi rękojeściami o średnicy (metoda – TOT).Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 58, pozycja nr 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie sterylnej zestawy do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej CYSTOCELE , wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie o wymiarach 70 mm x 66mm, – dodatkowo makrootwory o średnicy do 6mm w części centralnej siatki, z czterema ramionami o długości 170 mm i szerokości 11 mm. Grubość siatki 0,65 mm, gramatura 97 gr/m2. Dodatkowo 2 narzędzia jednorazowego użytku wykonane ze stali chirurgicznej z plastikowymi rękojeściami do zakładania siatki metodą przez otwory zasłonięte techniką „out-inside”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 84

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętnicy, oraz niebieskim żyłny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 85

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 18 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G/40mm lub 22G/75mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za parę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 88

Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści elektrody Ø 48 mm lub Ø 54 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 89

Pakiet 9 poz.11

Czy Zamawiający ma na myśli papier HTG M1911A w bloczkach czy rolkach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90

Pakiet 9 poz.11

Czy Zamawiający dopuści papier 152 x90 x150 mm z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 91

Pakiet 18 poz.18-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 18-27 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92

Pakiet 20 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe jednorazowego użytku z 3 króćcami przyłączeniowymi z datą ważności na pojedynczym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93

Pakiet 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki „S” o szerokości 24 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 94

Pakiet 21 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki „M” o szerokości 26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet 21 poz.5

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości jaką należy zaoferować.


Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet 26 poz.5-8

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe z zatyczką o długości 1050 mm?



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-352

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet 40 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera w rozmiarze 60 x 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 98

Pakiet 40 poz.7,8

Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera w rozmiarze 150 x 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet 42 poz.5

Czy Zamawiający dopuści golarki o wymiarach: 0,8 x 3,6 x 0,1?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet 42 poz.5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby ostrze było powlekane polimeryzowaną i chromowaną platyną poddawane działaniu teflonu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 42 poz.7

Czy Zamawiający dopuści wżerniki do otoskopu 4,25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 102

Pakiet 42 poz.12

Czy Zamawiający dopuści w op. a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103

Pakiet 50 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Cewnik, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml, strzykawka 50 ml z końcówką luer lock

OPIS PRODUKTU:

praktyczny i wydajny, higieniczna zbiórka płynów oraz stolca, redukuje kontakt personelu pielęgniarstwa oraz pacjenta z infekcyjnymi mikroorganizmami, redukuje powikłania dermatologiczne, możliwość wymiany pojemnika oraz pobrania próbek w razie potrzeby, cewnik z zatyczką umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego, nie zawiera lateksu, cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach, niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia (oraz opróżnienia) wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji (białe oznaczenie) służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności, dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 104

Pakiet 50 poz.2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne o parametrach:

worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka), łatwe, obrotowe podłączenie do cewnika, posiada zatyczkę zabezpieczającą po odłączeniu worka, pojemność 1500 ml (skalowany co 100 ml), zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowania, niejałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

z. u. Prezesa Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o.o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Elżbieta SYMONOWICZ