



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Świnoujście, 22/11/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/15/2017**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa i instalacja elektrokardiografu dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z automatyczną analizą i interpretacją nie zależną od wieku pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2:

Pozycja nr 14: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z długim zapisem badania do oceny arytmii w przedziale od 3 min do 8 min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Pozycja nr 18: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem zakłóceń sieciowych 50Hz oraz filtrami zakłóceń mięśniowych 25Hz oraz 35Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Pozycja nr 21: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem izolacji 0,05Hz – 150Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Pozycja nr 24: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przetwornikiem A/C 14bit?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6:

Pozycja nr 29: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wraz z wyposażeniem o wadze 2,5kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA