

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Świnoujście,11/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/16/2017**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

***Dostawa i instalacja uniwersalnego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla spółki
Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.***

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wypełnienia wycięcia ginekologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji flex i reflex za pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod przyciskiem „memory” umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, który wyposażony jest w duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zaciemnionej sali operacyjnej, lecz bez dodatkowego podświetlenia, które ze względu na wyżej opisane cechy nie jest konieczne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dźwiękowym sygnalizatorem możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu zamiast informacji na pilocie?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości blatu wynoszącej 2350 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu wynoszącej 615 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości bez materacy w zakresie 650-1010 mm (z materacami 725-1085mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością regulacji segmentu pleców w zakresie -35°/+70°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z osłoną kolumny wykonaną w całości ze stali nierdzewnej, odporną na wnikanie płynów z gumowym przegubem w miejscu połączenia z blatem, co gwarantuje szerokie spektrum ruchów? Oferowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez większość renomowanych producentów stołów operacyjnych i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery „Y”, która jest odpowiednio wyprofilowana i zgodnie z oczekiwaniem umożliwia wsunięcie stóp operatora oraz gwarantuje bardzo łatwy dostęp personelu do stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 podwójne koła zapewniające stabilność i pełną mobilność – koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o grubości 75mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym dynamicznym obciążeniu stołu na poziomie 250kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ze złączem komputerowym umożliwiającym szybką diagnostykę stołu za pomocą dedykowanego oprogramowania, które informuje o kodach błędów/usterkach? Diagnostykę uszkodzonego stołu zawsze powinien wykonywać autoryzowany serwis producenta. Ponadto oferowany stół przy każdym uruchomieniu przeprowadza autodiagnostykę i w przypadku wystąpienia usterki sygnalizuje o tym za pomocą diody na pilocie przewodowym.

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment siedziska z wycięciem urologicznym, ale bez wypełnienia elementem wraz z materacem? – dotyczy l.p. 1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów tylko z dwóch stron (po bokach segmentu) – dotyczy l.p. 1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w pilot bez podświetlenia, wyposażony w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez sygnalizatora możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu i bez wskaźnika trybu serwisowego – dotyczy l.p. 5?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresami regulacji oparcia pleców +75/-35 stopni? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresami regulacji podglówka +-45stopni? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresami regulacji segmentu nóg +20/-90stopni, odwodzenie 90 stopni każdy? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną? – dotyczy l.p. 19

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z ergonomiczną podstawą w kształcie litery T, która zakrywa koła transportowe oraz pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta? – dotyczy l.p. 22

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z obciążeniem 320 kg (obciążenie statyczne – blat w pozycji normalnej poziomej, centralnie nad kolumną) oraz obciążeniem dynamicznym 275kg (dotyczy l.p. 25)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez funkcji autodiagnostyki? – dotyczy l.p. 27

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28:

Do punktu 1 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z wycięciem urologicznym bez możliwości jego wypełnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 29:

Do punktu 5 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez wskaźnika kierunku ułożenia pacjenta i zasilania sieciowego na pilocie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

Do punktu 18 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez możliwości pracy przy podłączonym zasilaniu 230V? Stół zasilany z akumulatorów o długim czasie pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem siedziska (lędzwiowym) z wycięciem urologicznym bez dodatkowego wypełnienia w tej części materacem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów tylko z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem ruchów elementów blat w sposób zapobiegający powstawaniu kolizji tym samym bez systemu antykolizyjnego i sygnalizacji możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu na pilocie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika na pilocie trybu serwisowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający długość 2020 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 37:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu głowy w zakresie od +60 stopni do -90 stopni?



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex tworzącym łączny kąt pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 210 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex z kątem segmentu oparcia pleców wynoszącym -15 stopni oraz segmentu siedziska również -15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex tworzącym łączny kąt pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 100 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex z kątem segmentu oparcia pleców wynoszącym +15 stopni oraz segmentu siedziska również +30 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od krawędzi kolumny w zakresie do 1420 mm z jednoczesnym zastosowaniem zamiany segmentu głowy z segmentem nóg i przesuwu wzdłużnego wynoszącego 360 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający osłonę podstawy w kształcie prostokąta, której kształt umożliwia częściowe wsunięcie stół operatora przy dłuższych bokach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający sterowanie za pomocą pilota przewodowego oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylą na kolumnie stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 46:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umożliwiającym sterowanie wszystkimi ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie z wyłączeniem funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu „0”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony tylko w podnóżki płytowe dzielone, których waga przekracza 7 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez dodatkowego płytowego lekkiego podnóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 50:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania dostawy dla pozycji nr 1 do nr 27 z załącznika nr 1 do SIWZ z 21 grudnia.2017 r. na termin do 28 grudnia 2017 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o.o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota KONKOLEWSKA