

Świnoujście, 27/11/2017r.

Znak sprawy: ZP/16/2017

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:
Dostawa i instalacja uniwersalnego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla spółki
Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu **27-11-2017 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

Było:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/16/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA REALIZACJĘ:

Dostawy i instalacji uniwersalnego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla spółki Szpitala
Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu dla:

NAZWA (typ, model):.....

Rok produkcji (min. 2017 r.):.....

Producent:.....

Kraj pochodzenia:

Sprzęt nowy, nieużywany, nie demonstracyjny

Lp.	Parametry wymagana	Podać/Tak
1.	Konfiguracja blatu stołu: – podglówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców - płyta lędźwiowa z wycięciem urologicznym i jego wypełnieniem wraz z materacem, - podnóżki: lewy i prawy. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia, podglówek z listwami z trzech stron.	
2.	Stół z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem.	
3.	Napęd stołu elektrohydrauliczny	
4	Napęd umożliwiający sterowanie z pilota następującymi funkcjami: - regulacja wysokości blatu, - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu), - funkcje Trendelenburg i anti-Trendelenburg za pomocą dedykowanych przycisków, - przechyły boczne blatu, - Flex i Reflex za pomocą jednego przycisku, - ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku, - przesuw wzdłużny.	
5	Pilot z podświetlanymi przyciskami i sygnalizacją: - kierunku ułożenia pacjenta - wskaźnikiem naładowania akumulatorów	

	- wskaźnikiem zasilania sieciowego - sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu - wskaźnikiem trybu serwisowego	
6	Długość blatu stołu: 2050-2150 mm	
7	Szerokość blatu: 500-600 mm	
8	Regulacja wysokości w zakresie min.: 700 do 1100 mm	
9	Regulacja oparcia pleców min.: - 50° do 80°	
10	Regulacja podglówka min.: - 80° do 80°	
11	Przechył boczny min.: - 20° do 20°	
12	Przechył Trendelenburga min.: 30°	
13	Przechył anty-Trendelenburga min.: 30°	
14	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej min.: - 90° do 30°	
15	Flex min.: - 25°/- 25° (płyta plecowa/płyta lędźwiowa) Reflex min.: 50°/30° (płyta plecowa/płyta lędźwiowa)	
16	Przesuw wzdłużny blatu : min. 300 mm zapewniający odległość od krawędzi blatu do kolumny min. 1350 mm.	
17	Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe 24 V – akumulatory i ładowarka wbudowana w podstawę stołu.	
18	Stół z możliwością pracy przy podłączonym zasilaniu 230V	
19	Kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się osłon gumowych pomiędzy blatem stołu a kolumn i wykonanych z tworzywa również na podstawie stołu	
20	Stół na 4 kołach zapewniających stabilność. Koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy.	
21	Stół blokowany na podłożu przez wysuwane stopy zapewniające stabilność.	
22	Podstawa stołu w kształcie równoległoboku z osłoną ze stali nierdzewnej z wycięciami z każdej ze stron zapewniającymi wsunięcie stóp operatora.	
23	Błat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi przewodnikami kaset.	
24	Materace przeciwoleżynowe, antystatyczne, demontowane, wodoodporne z powłoką antybakteryjną o grubości 60 mm (± 5 mm)	
25	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg	
26	Stół wyposażony w panel sterowania awaryjnego umieszczony poza strefą sterylną, umożliwiający sterowanie tymi samymi ruchami, które dostępne są na pilocie.	
27	Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów – nie dopuszcza się stołów z diagnostyką usterek tylko z urządzeń zewnętrznych.	
28	Wyposażenie: - Wieszak kroplówek czteroramienny z uchwytem do mocowania – 1 szt. - Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania – 1 szt., - Podpora ręki z możliwością montażu po obu stronach blatu o regulacji 180° w płaszczyźnie poziomej ze zintegrowanym uchwytem do mocowania – 2 szt., - Zapórka boczna z uchwytem do mocowania – 2 szt., - Podpory nóg typu Stirrups z regulacją na przegubie kulowym, regulacja wspomagana sprężyną gazową, uchwyty do mocowania – 2 szt. (para), - Podnóżek płytowy lekki (max. 7 kg) 1 szt. - Pasy do ciała – 4 szt.,	
29	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
30	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski załączyć wykaz	
31	Szkolenie z obsługi i dezynfekcji dla wskazanych użytkowników min. 2 szkolenia	
32	Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z wymianą części	

	zalecanych przez producenta na koszt dostawcy.	
33	Instrukcja obsługi w formie papierowej i na CD/DVD/PenDrive w języku polskim min po 2 szt.	
37	Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<i>tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211</i>), potwierdzone stosownymi dokumentami, deklaracjami zgodności w zakresie znaku CE oraz certyfikatów jakości i bezpieczeństwa przewidzianych dla wyrobów medycznych (<i>ISO 13485</i>).	

Miejscowość: dn.:

.....
Podpis osoby upoważnionej

Zmienia się na:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/16/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ:

Dostawy i instalacji uniwersalnego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu dla:

NAZWA (typ, model):.....

Rok produkcji (min. 2017 r.):.....

Producent:.....

Kraj pochodzenia:

Sprzęt nowy, nieużywany, nie demonstracyjny

Lp.	Parametry wymagana	Podać/Tak
1.	Konfiguracja blatu stołu: - podglówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców - płyta lędźwiowa z wycięciem urologicznym i jego wypełnieniem wraz z materacem, - podnóżki: lewy i prawy. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia, podglówek z listwami z trzech stron.	
2.	Stół z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem.	
3.	Napęd stołu elektrohydrauliczny	
4	Napęd umożliwiający sterowanie z pilota następującymi funkcjami: - regulacja wysokości blatu, - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu), - funkcje Trendelenburg i anty-Trendelenburg za pomocą dedykowanych przycisków, - przechyły boczne blatu, - Flex i Reflex za pomocą jednego przycisku, - ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku, - przesuw wzdłużny.	
5	Pilot z podświetlanymi przyciskami i sygnalizacją: - kierunku ułożenia pacjenta - wskaźnikiem naładowania akumulatorów - wskaźnikiem zasilania sieciowego - sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu lub	

	bez zainstalowania na pilocie - wskaźnikiem trybu serwisowego	
6	Długość blatu stołu: 2050-2150 mm	
7	Szerokość blatu: 500-600 mm	
8	Regulacja wysokości w zakresie min.: 700 do 1100 mm	
9	Regulacja oparcia pleców min.: - 50° do 80°	
10	Regulacja podglówka min.: - 80° do 80°	
11	Przechył boczny min.: - 20° do 20°	
12	Przechył Trendelenburga min.: 30°	
13	Przechył anty-Trendelenburga min.: 30°	
14	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej min.: - 90° do 30°	
15	Flex min.: - 25°/- 25° (płyta plecowa/płyta lędźwiowa) Reflex min.: 50°/30° (płyta plecowa/płyta lędźwiowa)	
16	Przesuw wzdłużny blatu : min. 300 mm zapewniający odległość od krawędzi blatu do kolumny min. 1350 mm.	
17	Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe 24 V – akumulatory i ładowarka wbudowana w podstawę stołu.	
18	Stół z możliwością pracy przy podłączonym zasilaniu 230 V	
19	Kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się osłon gumowych pomiędzy blatem stołu a kolumn i wykonanych z tworzywa również na podstawie stołu	
20	Stół na 4 kołach zapewniających stabilność. Koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy.	
21	Stół blokowany na podłożu przez wysuwane stopy zapewniające stabilność.	
22	Podstawa stołu w kształcie równoległoboku z osłoną ze stali nierdzewnej z wycięciami z każdej ze stron zapewniającymi wsunięcie stóp operatora.	
23	Błat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi przewodnikami kaset.	
24	Materace przeciwoleżynowe, antystatyczne, demontowane, wodoodporne z powłoką antybakteryjną o grubości 60 mm (+5 mm) lub 75 mm (+5 mm)	
25	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg	
26	Stół wyposażony w panel sterowania awaryjnego umieszczony poza strefą sterylną, umożliwiający sterowanie tymi samymi ruchami, które dostępne są na pilocie. lub posiadający sterowanie za pomocą pilota przewodowego oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną na kolumnie stołu	
27	Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów – nie dopuszcza się stołów z diagnostyką usterek tylko z urządzeń zewnętrznych.	
28	Wyposażenie: - Wieszak kroplówek czteroramienny z uchwytem do mocowania – 1 szt. - Ekran anestezyjologiczny z uchwytem do mocowania – 1 szt., - Podpora ręki z możliwością montażu po obu stronach blatu o regulacji 180° w płaszczyźnie poziomej ze zintegrowanym uchwytem do mocowania – 2 szt., - Zapórka boczna z uchwytem do mocowania – 2 szt., - Podpory nóg typu Stirrups z regulacją na przegubie kulowym, regulacja wspomagana sprężyną gazową, uchwyty do mocowania – 2 szt. (para), - Podnóżek płytowy lekki (max. 7 kg) 1 szt. - Pasy do ciała – 4 szt.,	
29	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
30	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski załączyć wykaz	

31	Szkolenie z obsługi i dezynfekcji dla wskazanych użytkowników min. 2 szkolenia	
32	Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z wymianą części zalecanych przez producenta na koszt dostawcy.	
33	Instrukcja obsługi w formie papierowej i na CD/DVD/PenDrive w języku polskim min po 2 szt.	
34	Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (<i>tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211</i>), potwierdzone stosownymi dokumentami, deklaracjami zgodności w zakresie znaku CE oraz certyfikatów jakości i bezpieczeństwa przewidzianych dla wyrobów medycznych (<i>PN EN ISO 13485-1:2016-04</i>).	

Miejscowość: dn.:

.....
Podpis osoby upoważnionej

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA