

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Świnoujście, 08/12/2017 r.

Znak sprawy: ZP/16/1/2017

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Dostawa i instalacja uniwersalnego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pozycji od nr 1 do nr 27 z załącznika nr 1 do SIWZ – do 31 stycznia 2018r.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wypełnienia wycięcia ginekologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji flex i reflex za pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod przyciskiem „memory” umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, który wyposażony jest w duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zaciemnionej sali operacyjnej, lecz bez dodatkowego podświetlenia, które ze względu na wyżej opisane cechy nie jest konieczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości blatu wynoszącej 2350mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu wynoszącej 615 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości bez materacy w zakresie 650-1010 mm (z materacami 725-1085mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością regulacji segmentu pleców w zakresie -35°/+70°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z osłoną kolumny wykonaną w całości ze stali nierdzewnej, odporną na wnikanie płynów z gumowym przegubem w miejscu połączenia z blatem, co gwarantuje szerokie spektrum ruchów? Oferowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez większość renomowanych producentów stołów operacyjnych i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery „Y”, która jest odpowiednio wyprofilowana i zgodnie z oczekiwaniem umożliwia wsunięcie stóp operatora oraz gwarantuje bardzo łatwy dostęp personelu do stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 podwójne koła zapewniające stabilność i pełną mobilność – koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym dynamicznym obciążeniu stołu na poziomie 250kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ze złączem komputerowym umożliwiającym szybką diagnostykę stołu za pomocą dedykowanego oprogramowania, które informuje o kodach błędów/usterkach? Diagnostykę uszkodzonego stołu zawsze powinien wykonywać autoryzowany serwis producenta. Ponadto oferowany stół przy każdym uruchomieniu przeprowadza autodiagnostykę i w przypadku wystąpienia usterki sygnalizuje o tym za pomocą diody na pilocie przewodowym

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment siedziska z wycięciem urologicznym, ale bez wypełnienia elementem wraz z materacem? – dotyczy l.p. 1

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów tylko z dwóch stron (po bokach segmentu) – dotyczy l.p. 1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w pilot bez podświetlenia, wyposażony w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez sygnalizatora możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu? – dotyczy l.p.5

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez sygnalizatora na pilocie wskaźnika trybu serwisowego? – dotyczy l.p.5

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresami regulacji – dotyczy l.p. 8-10, 14:

- segment głowy: +-45stopni
- segment pleców: +75/-35 stopni
- segment nóg +20/-90stopni, odwodzenie 90stopni każdy
- wysokość 665-1150mm (bez materaca)

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elementami gumowymi tylko w górnej części kolumny stołu (połączenie kolumny z blatem) - dotyczy l.p. 19?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdnny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. – dotyczy l.p. 20, 22.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem dynamicznym 275kg? – dotyczy l.p. 25

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez systemu autodiagnostyki? – dotyczy l.p. 27

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez wieszaka kroplówek czteroramiennego z uchwytem do mocowania – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez ekranu anestezjologicznego z uchwytem do mocowania – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podporą ręki z możliwością montażu po obu stronach blatu, o regulacji 180° w płaszczyźnie poziomej ze zintegrowanym uchwytem do mocowania – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez zapór bocznych z uchwytami do mocowania – 2 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez podnóżka płytowego lekkiego (max. 7 kg) - 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pasem do ciała – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający płytę lędźwiową z wycięciem urologicznym bez wypełnienia tego wycięcia w postaci materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający podglówek wyposażony w listwy do mocowania wyposażenia z dwóch stron oraz manualną regulację podglówka w jednej płaszczyźnie góra / dół (wspomagana sprężyną gazową) w zakresie -45°/+45°?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 33

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w punkcie 4 tabeli miał na myśli ustawianie pozycji Flex za pomocą jednego przycisku oraz pozycji Reflex za pomocą jednego przycisku

Dodatkowo czy Zamawiający dopuści:

Flex: (płyta plecowa/płyta lędźwiowa -18°/-17°

Reflex: (płyta plecowa/płyta lędźwiowa 40°/35°?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy bez podświetlenia przycisków natomiast z dużymi czytelnymi przyciskami oznaczonymi piktogramami poszczególnych funkcji, sygnalizujący między innymi:

- kierunek ułożenia pacjenta
- wskaźnik naładowania akumulatorów
- wskaźnik zasilania sieciowego

bez sygnalizatora wystąpienia kolizji oraz wskaźnika trybu serwisowego?

Odpowiedź:


Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację wysokości blatu (z materacami) w zakresie 730 do 1080mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację oparcia pleców w zakresie $-35^{\circ}/+85^{\circ}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający regulację kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej (wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą) w zakresie $-90^{\circ}/+25^{\circ}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisy SIWZ.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej (osłona podstawy, kolumna, elementy blatu), w którym dodatkowo elementy przegubowe łączące blat z kolumną zakryte są szczelną osłoną wykonaną ze specjalnej mieszanki silikonowo gumowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający podstawę o długości 1000mm. oraz szerokości 580mm w szerszej części i 420mm w węższej części (na długości 720mm) w kształcie litery „T” wyposażoną w 2 podwójne koła stałe średnicy 125mm oraz jedno koło skrętne o średnicy 100mm (koła całkowicie schowane pod osłoną podstawy). W proponowanym stole blokada kół odbywa się poprzez mechaniczne wysunięcie 4 stopek co zapewnia doskonałą stabilność stołu podczas operacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu, bez rzepów. Materace z warstwą antybakteryjną w postaci aktywnych jonów srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym stołu 250kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki oraz bez wyświetlacza kodów błędów?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem siedziska (lędźwiowym) z wycięciem urologicznym bez dodatkowego wypełnienia w tej części materacem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów tylko z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem ruchów elementów blat w sposób zapobiegający powstawaniu kolizji tym samym bez systemu antykolizyjnego i sygnalizacji możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu na pilocie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika na pilocie trybu serwisowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający długość 2020 mm ?



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm?
Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pieców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu głowy w zakresie od +60 stopni do -90 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex tworzącym łączny kąt pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 210 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex z kątem segmentu oparcia pieców wynoszącym -15 stopni oraz segmentu siedziska również -15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 53:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex tworzącym łączny kąt pomiędzy segmentem pieców a segmentem siedziska wynoszący 100 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 54:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex z kątem segmentu oparcia pleców wynoszącym +15 stopni oraz segmentu siedziska również +30 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od krawędzi kolumny w zakresie do 1420 mm z jednoczesnym zastosowaniem zamiany segmentu głowy z segmentem nóg i przesuwu wzdłużnego wynoszącego 360 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający osłonę podstawy w kształcie prostokąta, której kształt umożliwi częściowe wsunięcie stół operatora przy dłuższych bokach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający sterowanie za pomocą pilota przewodowego oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylności na kolumnie stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umożliwiającym sterowanie wszystkimi ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie z wyłączeniem funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu „0”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony tylko w podnóżki płytowe dzielone, których waga przekracza 7 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 61:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez dodatkowego płytowego lekkiego podnóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4- tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA