

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Świnoujście, 11/12/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/17/2017**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście**
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego i OITa spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*), odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 22 ze względu na zmianę u producenta dopuści zestaw o pojemności 2100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w realizacji dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w trybie § 2 ust 7 umowy w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
- dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem w wysokości **0,5%** wartości **brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu dostawy**, z tym, że kara nie może przekroczyć **10 %** wartości brutto **niezrealizowanego w terminie przedmiotu** dostawy,
- w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 10 % umownej wartości brutto niedostarczonej części dostawy,
- za rozwiązanie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 3:

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance (*nazwa Wykonawcy*), stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Elżbieta Symonowicz, Alicja Grocholewska, Tadeusz Koralewski.

Pytanie 4:

Dot. Pakiet 3

Dopuszczenie wkładów o następujących parametrach technicznych:

1. Wkład workowy do ssaka bez zawartości PCV
 - Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister
 - Wymiana wkładu bez odłączania ssania
 - Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu
 - Wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny wynoszącej powyżej 99,999.%, oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
 - Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot

- Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym
- mocny worek wykonany z poliolefiny , odporny na rozerwania
- wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odciesanej ilości treści płynnej
- jeden port na pokrywie uniemożliwiający/eliminujący omyłkowe podłączenie

Jednocześnie nadmieniamy, iż zamawiający zna ww system, gdyż pracował na oferowanym osprzęcie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Dot. Rozdz. VI pkt. 9 SIWZ

Czy Zamawiający pisząc, iż wymaga kart charakterystyki oferowanych materiałów ma na myśli kserokopie katalogów, folderów opisów itp. potwierdzających opis przedmiotu zamówienia? Karty charakterystyki wydawane są dla substancji niebezpiecznych takich jak wywoływacze , utrwalcze, naboje do sterylizacji, środki dezynfekcji itd. Artykuły medyczne jedno i wielorazowego użytku nie są substancjami niebezpiecznymi i w związku z tym nie wystawia się dla nich kart charakterystyki.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6:

Dot. § 5 ust.1 b, c wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w paragrafu w/w umowy na:

- b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji **trzykrotnych, kolejnych** zamówień,
c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, **po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania zobowiązania.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

Dot. § 8 pkt.1 b wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Dostawcy przez Szpital za niedostarczenie dostawy odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Szpitalowi.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Wykonawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Szpitala w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Szpital w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ

Pytanie 8:

Dot. § 8 pkt.1 d wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

Naszemu zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 9:

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet produkcji FRANCUSKIEJ, składający się z:

- taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m², taśma bez koszulki
- dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezczasłonową techniką od środka na zewnątrz (in-out) oraz prowadnika (protectiv guide)?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10:

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 Makroporowatą monofilamentową polipropylenową taśmę produkcji WŁOSKIEJ bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. O następujących parametrach technicznych: szerokość



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

1,2 cm, długość 45 cm, gramatura 67 g/m², grubość taśmy 0,46 mm, porowatość 84%. Taśma posiada wplecioną niebieską nić, jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację przy pomocy narzędzi wielokrotnego użytku metodą od zewnątrz do środka. Dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką „out-in”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 11:

Dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 oraz poz. 3 z Pakietu nr 11 i utworzenie odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

dotyczy Pakietu 7 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ręczników celulozowych w ilości 1 sztuka, przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 13:

dotyczy Pakietu 7 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety głównej o wymiarach 230 cm x 260 cm, przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zapisów SIWZ.

Pytania do wzoru umowy

Pytanie 14:

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 4 ust. 9 o następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 8 ust. 1 lit. a) oraz do wysokości 5 % w § 8 ust. 1 lit. b) i c).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 16:

Prosimy o wykreślenie zapisów § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Prosimy o modyfikację zapisu § 8 ust. 1 lit. d) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 18:

Prosimy o zmianę § 9 ust. 2 lit. g) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 19:

Dotyczy Zadania nr 10:

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 9 ust. 2 lit. j) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 8 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:

dotyczące pakietu 14 oraz zapisów umowy i SIWZ pkt. IV podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 22:

dotyczące pakietu 14 oraz zapisów umowy i SIWZ pkt. IV podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:

dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 24:

dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 25:

dotyczące pakietu nr 14 oraz zapisów SIWZ punkt V podpunkt 3: Ponieważ przedmiotem zamówienia w zadaniu 14 jest dostawa drenów (akcesoriów), czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wyrazi zgodę na przedstawienie wykazu wykonanych dostaw również akcesoriów endoskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 26:

dotyczy zapisów umowy paragraf 8 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,5% , gdyż kara umowna w wysokości 8% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 27:

dotyczy zapisów umowy paragraf 8 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy „nie więcej niż 10% wartości umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 28:

dotyczy zapisów umowy paragraf 8 ustęp 1c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 2% , gdyż kara umowna w wysokości 10% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 29:

dotyczy zapisów umowy paragraf 8 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy „nie więcej niż 10% wartości umowy”

Odpowiedź:


Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 30:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 7 poz. 1-4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie zestawów dostarczanych na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej. Zamawiający zna produkty pod kątem parametrów i jakości i dotychczas nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do dostarczanego asortymentu. W związku z powyższym mając pewność, że dopuszczony asortyment w pełni odpowiada Zamawiającemu jakością zwracam się z prośbą o jego dopuszczenie w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej cenowo oferty dla opisanych w w/w pakiecie zestawów.

Odpowiedź:



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 31:

Dotyczy Pakietu 10, Pozycja 1., Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach:

- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca,
- o porowatości 1182 μm , grubości 0,66 mm, gramaturze 100 g/m²,
- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
- niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- plastikowe osłonki na taśmie pozwalające na bezproblemowe przeprowadzenie taśmy oraz chroniące jej brzegi przed uszkodzeniem podczas implantacji,
- taśma dostarczana wraz z jednorazowymi prowadnicami, charakteryzującymi się ergonomicznym projektem uchwytu oraz profilowanymi igłami,
- taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 32:

Dotyczy Pakietu 10., Pozycja 1., Pozycja 2.

Ze względu na fakt, iż nie jest możliwa rzetelna ocena konkurencyjności oferty, przy jedynym branym pod uwagę kryterium oceny, jakim jest cena (wiadome jest, iż cena systemu z prowadnicami jednorazowymi przewyższy cenę systemu z prowadnicami wielorazowymi) oraz ze względu na niewątpliwe zalety prowadnic jednorazowych, takie jak: bezpieczeństwo, zmniejszenie czasu przygotowania narzędzi do zabiegu, możliwość wykonywania kilku zabiegów jeden po drugim bez przerw między pacjentami, uniknięcie kosztu sterylizacji oraz czasu i pracy poświęconego na ten proces, brak możliwości zużycia narzędzia (np. stępienia igły) i tym samym zachowanie najwyższej jakości podczas każdego zabiegu, czy Zamawiający wymaga systemu z prowadnicami jednorazowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 33:

Dotyczy Pakietu 10., Pozycja 1., Pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga dostępności dwóch rodzajów prowadnic jednorazowych: typu halo oraz typu zakrzywionego, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 34:

Dotyczy Pakietu 11., Pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system siatki do korekcji cystocele renomowanego amerykańskiego producenta firmy Boston Scientific o następujących parametrach:

Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z:

1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramienniej siatki o gramaturze w 25g/m² i rozmiarze porów 2,8 mm², kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki, grubość włókna 100 mikronów;
2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3 mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35:

Dotyczy Pakietu 11., Pozycja 1., Pozycja 2.

Ze względu na fakt, że nie jest możliwa rzetelna ocena konkurencyjności oferty, przy jedynym branym pod uwagę kryterium oceny, jakim jest cena (wiadome jest, iż cena systemu z jednorazowym narzędziem używanym przy implantacji siatki przewyższy cenę systemu z narzędziem wielorazowym) oraz ze względu na niewątpliwe zalety narzędzi jednorazowych, takie jak: bezpieczeństwo i względy etyczne, zmniejszenie czasu przygotowania narzędzi do zabiegu, możliwość wykonywania kilku zabiegów jeden po drugim bez przerw między pacjentami, uniknięcie kosztu sterylizacji oraz czasu i pracy poświęconego na ten proces, brak możliwości zużycia

narzędzia (np. stępienia igły) i tym samym zachowanie najwyższej jakości podczas każdego zabiegu, czy Zamawiający wymaga systemu z narzędziem jednorazowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 36:

Dotyczy Pakietu 12., Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system siatki wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy, renomowanego amerykańskiego producenta firmy Boston Scientific, o następujących parametrach:

Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z:

1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramienniej siatki o gramaturze w 25g/m² i rozmiarze porów 2,8 mm², kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki, grubość włókna 100 mikronów;
 2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3 mm, zakrzywionego przewodnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów.
- Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 2. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 37:

Dotyczy Pakietu 12., Pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system siatki wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy, renomowanego amerykańskiego producenta firmy Boston Scientific, o następujących parametrach:

Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z:

1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramienniej siatki o gramaturze w 25g/m² i rozmiarze porów 2,8 mm², kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki, grubość włókna 100 mikronów;
 2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3 mm, zakrzywionego przewodnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów.
- Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 3. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 41:

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści klipsy spełniające wymogi użytkowe Zamawiającego, pakowane po 18 magazynków zawierających 6 klipsów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 42:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 43:

Ad par. 8 ust. 1c) wzoru umowy

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

Za wyjątkiem sytuacji, gdy wstrzymanie dostawy jest skutkiem zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczających 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 44:

Pakiet 13 – polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na pozycję nr 2 pakietu 13 (ewakuatory laparoskopowe o pojemności 200ml) lub wydzieli ją z pakietu.

W pozycji nr 1 niniejszego pakietu Zamawiający oczekuje oferty na klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą konkretnej firmy, co znacznie ogranicza możliwość złożenia oferty na cały pakiet przez większą ilość oferentów.

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Pytanie 46:

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści klipsy spełniające wymogi użytkowe Zamawiającego, pakowane po 18 magazynków zawierających 6 klipsów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 47:

Dotyczy pakietu nr 19

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje maski wielorazowej z możliwością sterylizacji, czy maski jednopacjentowej? Proszę też określić rodzaj kolanka (bezzapreciekowe, czy z przeciekiem – jednym lub dwoma)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 48:

Pakiet 7, pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu zbiorczym znajdowała się kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 49:

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 50:

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 51:

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 52:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Pytanie 53:

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

Prezes Zarządu

*Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.*

*oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota KONKOLEWSKA*